

ОПИСАНИЕ

19-05-2026

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Размер / состав	Количество
ЛОТ №1 Стент мочеточниковый (в комплекте) (5F)	Состав комплекта: 1. катетер №5 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 25-26см 2. зажимы 3. толкатель (устройство для проталкивания катетера) 4. проводник	1 690 штук
ЛОТ №2 Стент мочеточниковый (в комплекте) (5F)	Состав комплекта: 1. катетер №5 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 28-30см 2. зажимы 3. толкатель (устройство для проталкивания катетера) 4. проводник	600 штук
ЛОТ №3 Стент мочеточниковый (в комплекте), (6F)	Состав комплекта: 1. катетер №6 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 25-26см 2. зажимы 3. толкатель (устройство для проталкивания катетера) 4. проводник	2 560 штук
	Состав комплекта: 1. катетер №6 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 27-28см 2. зажимы 3. толкатель (устройство для проталкивания катетера) 4. проводник	755 штук
ЛОТ №4 Стент мочеточниковый (в комплекте) (7F)	Состав комплекта: 1. катетер №7 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 24-26см 2. зажимы 3. толкатель (устройство для проталкивания катетера) 4. проводник	250 штук
	Состав комплекта: 1. катетер №7 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 27-28см 2. зажимы 3. толкатель (устройство для проталкивания катетера) 4. проводник	810 штук
ЛОТ №5 Стент мочеточниковый (в комплекте) (8F)	Состав комплекта: 1. катетер №8 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 27-28см 2. зажимы 3. толкатель (устройство для проталкивания катетера) 4. проводник	10 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1-5 Стент мочеточниковый (в комплекте) (5F, 6F, 7F, 8F)
2.1. Диаметр петли вводимой в чашечно-лоханочную систему должен быть не более 2см, а в мочевого пузыря – 1,9-4см. 2.2. Конеч, вводимый в почки, должен быть слепой, а в мочевого пузыря - открытый. 2.3. Оба конца должны иметь достаточное количество боковых отверстий для обеспечения свободного тока мочи. 2.4. Проводник должен быть изготовлен из нержавеющей стали или другого материала. 2.5. Длина проводника должна быть не менее 85см. 2.6. Каждый набор должен быть стерильный и упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

2.7. Время нахождения в полостной системе 2-3 месяца.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.