

Приложение 1

БелМТ №432/26

лот 1

Технические характеристики (описание) моечно-дезинфекционной машины

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Моюще-дезинфекционная машина	1
1.2	Нижняя универсальная корзина для размещения 2 DIN лотков или иных различных вставок	1
1.3	Верхняя загрузочная корзина с не менее 20 местами для инжекторов различного вида и назначения, наличие места для различных вставок и лотков	1
1.4	Сетчатые DIN лотки для хирургического инструмента	2
1.5	Сетчатая крышка для сетчатых DIN лотков	2
1.6	Набор инжекторных сопел, длиной не менее 100 мм, для стоматологического инструмента	20
1.7	Набор сопел в виде втулок для полого стоматологического инструмента	20
1.8	Сетчатая вставка с крышкой для обработки мелких деталей (игл и т.п.)	6
1.9	Вставка для мойки стоматологического инструмента в вертикальном положении	1
1.10	Вставка для обработки щипцов для экстракции	1
1.11	Сетчатые лотки с крышкой и с силиконовыми вставками - фиксаторами для инструмента	12
1.12	Вставка- держатель для 6 сетчатых лотков с крышкой	1
1.13	Гнездо для наконечников и насадок	6
1.14	Силиконовые адаптеры для наконечников и насадок различных диаметров	9
1.15	Вставка для стаканов для полоскания рта	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Прим.
2.1.	Моюще-дезинфекционная машина:		
2.1.1.	Не проходная, отдельно стоящая модель с одной откидывающейся дверью для фронтальной загрузки и выгрузки	Наличие	
2.1.2.	Блокировка дверей во время прохож-	Наличие	

	дения цикла обработки		
2.1.3.	Агрегат для сушки обрабатываемого инструментария путем подачи в камеру и во внутренние полости инструмента горячего воздуха	Наличие	
2.1.4.	Регулировка температуры воздуха во время сушки	в пределах 60–115 °С с шагом 1 °С.	
2.1.5.	Производительность сушильного агрегата	не должна превышать 50–60 м³/ч.	
2.1.6.	Термическая дезинфекция при 93 °С	Наличие	
2.1.7.	Встроенная система сушки горячим воздухом с НЕРА фильтром	Наличие (степень очистки > 99,99 %) с ресурсом не менее 500 часов работы.	
2.1.8.	Система конденсации пара (парогасителя)	Наличие	
2.1.9.	Микропроцессорное управление	Наличие Наличие не менее 10-20 программных мест: стандартных программ мойки, свободных мест под программы, создаваемые пользователем. Сервисные программы.	
2.1.10.	Наличие сенсорной, наклонной панели управления для простоты управления и считывания информации, с плоской, легко очищаемой поверхностью. Язык управления – русский.	Наличие	
2.1.11.	Наличие сенсорных датчиков вращения разбрызгивающих коромысел	Наличие	
2.1.12.	Распределение прав доступа посредством пароля	Наличие не менее 3-4 уровней доступа	
2.1.13.	Подключение к водопроводу холодной, горячей и дистиллированной воды, канализации	Наличие	
2.1.14.	Высокопроизводительный циркуляционный насос	Наличие (производительность насоса не менее 500 л/мин) с системой контроля и регулировки давления.	
2.1.15.	Система контроля электропроводности ополаскивающей воды с возможностью ее настройки на различные пределы.	Наличие (с функцией повторного ополаскивания)	
2.1.16.	4-х ступенчатый фильтр в системе	Наличие	

	рециркуляции воды		
2.1.17.	Фильтры в системе подачи воды	Наличие	
2.1.18.	Функция установки температуры в пределах 55–93 °С.	Наличие	
2.1.19.	Иметь дозировочные приспособления для одного жидкого моющих и одного нейтрализующего вещества с системами контроля за точностью дозировки	Наличие	
2.1.20.	Датчики уровня моющих веществ в канистре	Наличие	
2.1.21.	Внутренний выдвижной отсек для размещения 4-х пятилитровых, канистр с моющими веществами	Наличие	
2.1.22.	Рабочая камера, циркуляционная система, внешняя обшивка	Наличие изготовлена из нержавеющей стали.	
2.1.23.	Входное напряжение для установки	380 Вольт	
2.1.24.	Общая максимальная потребляемая мощность	Не более 10,0 кВт.	

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №432/26

лот 2

Технические характеристики (описание) моечно-дезинфекционной машины проходного типа

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Моюще-дезинфекционная машина проходного типа	1
1.2	Загрузочная тележка для одновременного размещения хирургического инструмента на 5-и уровнях на 10 DIN лотках	1
1.3	Сетчатые DIN лотки для хирургического инструмента	10
1.4	Сетчатая крышка для сетчатых DIN лотков	2
1.5	Вставка – фиксатор с силиконовыми держателями для DIN лотков для фиксации инструмента	2
1.6	Сетчатые вставки из мелкоячеистой сетки с крышкой для обработки мелких деталей	1
1.7	Транспортная тележка	2

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Прим.
2.1.	Моюще-дезинфекционная машина проходного типа:		
2.1.1.	Крупногабаритная, высокопроизводительная моюще - дезинфекционная машина, модель проходного типа	с двумя стеклянными, автоматически открываемыми вниз дверями слайдового типа для фронтальной загрузки и выгрузки.	
2.1.2.	Общий объем моечной камеры	не менее 260 литров.	
2.1.3.	Агрегат для сушки обрабатываемого инструментария путем подачи в камеру и во внутренние полости инструмента горячего воздуха с НЕРА фильтром	Наличие (степень очистки > 99,92 %) с ресурсом не менее 500 часов работы.	
2.1.4.	Регулировка температуры воздуха во	Наличие	

	время сушки.	Производительность сушильного агрегата не должна превышать 150 м³/ч.	
2.1.5.	Микропроцессорное управление.	Наличие не менее 20 программ мойки, в том числе свободно программируемых создаваемых пользователем программ с возможностью изменения параметров программы. Сервисные программы.	
2.1.6.	Цветной дисплей и сенсорная клавиатура для отражения параметров выполнения программы, текстовых сообщений, индикация ошибок, программирования и управления машиной.	Наличие	
2.1.7.	Термическая дезинфекция	Наличие при 93 °С.	
2.1.8.	Блокировка дверей во время прохождения цикла обработки.	Наличие	
2.1.9.	Система конденсации пара (парогасителя).	Наличие	
2.1.10.	Сенсорная панель управления. Язык управления – русский.	Наличие	
2.1.11.	Сенсорные датчики вращения разбрызгивающих коромысел с системой контроля за скоростью их вращения.	Наличие	
2.1.12.	Высокопроизводительный циркуляционный насос	Наличие (производительность насоса не менее 600 л/мин) с системой контроля и регулировки давления.	
2.1.13.	Многоступенчатый фильтр в системе рециркуляции воды	Наличие	
	Фильтры в системе подачи воды	Наличие	
2.1.14.	Подключение к водопроводу холодной, горячей и дистиллированной воды, канализации, вентиляции.	Наличие	
2.1.15.	Дозировочные приспособления для одного жидкого моющих и одного нейтрализующего вещества с систе-	Наличие	

	мами контроля за точностью дозировки.		
2.1.16.	Внутренний отсек для размещения канистр с моющими веществами.	Наличие	
2.1.17.	Датчики уровня моющих веществ в канистре.	Наличие	
2.1.18.	Рабочая камера, циркуляционная система, внешняя обшивка	Наличие изготовлена из нержавеющей стали. Габаритные размеры камеры не менее 560х590х800 мм.	
2.1.19.	Входное напряжение для инсталляции	380 Вольт	
2.1.20.	Общая максимальная потребляемая мощность	Не более 22,0 кВт.	

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документом организатора.