

1. Технические характеристики (описание)

Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование подлежащих закупке товаров.	Единица измерения	Кол-во
1	Электроды для временных наружных электрокардиостимуляторов	шт	25

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.	Электрод для временной кардиостимуляции должен быть снабжен раздуваемым баллоном, расположенным между проксимальным и дистальным полюсами электрода, облегчающим установку электрода без использования рентгеновского излучения/ не требующий условий рентгенооперационной**
2.1.2	Рентген- контрастные маркеры на расстоянии не менее 10-15 мм друг от друга наличие не менее 2 маркеров
2.1.3	Кривизна - прямой или специальная для правого желудочка, облегчающая установку
2.1.4	Тип стимуляции биполярный
2.1.5	Покрывание антитромботическое гепаринизированное для профилактики тромбообразования
2.1.6	Диаметр электрода 4-5 F
2.1.7	Совместимость предлагаемого электрода с интродьюсером 5 F
2.1.8	Длина полезной части электрода не менее 110 см
2.1.9	В состав комплекта должны входить шприц для раздувания баллона, игла/ канюля для установки электрода и ЭКГ- адаптер, совместимый с временными ЭКС.

Примечание: ** данные требования технического задания определяют наиболее важные характеристики, несоответствие по ним приведет к отклонению предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.