

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Система инаktivации вирусов в плазме крови	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п.п.	Технические и функциональные характеристики	Требования к характеристикам
	Габаритные размеры и вес камеры светового облучения	Высота: не более 45 см Ширина: не более 70 см Глубина: не более 70 см
	Вес	не более 70 кг
	Требуемая площадь поверхности стола	Можно установить на поверхность столика шириной не более 65 см.
	Входное напряжение электропитания	220/ 240 В , 50 до 60 Гц.
1	Инаktivируемые патогены	Оболочечные вирусы Безоболочечные вирусы Грамм-положительные бактерии Грамм-отрицательные бактерии Протозоа Паразиты Лейкоциты
2	Использование одного прибора для инаktivации патогенов в плазме и в концентрате тромбоцитов	Наличие
3	Принцип инаktivации	Фотохимический
4	Активация связывающего агента	Облучение ультрафиолетовым спектром света
5	Отсутствие необходимости удаления остаточных количеств агента	Наличие
6	Время от момента начала инаktivации до готовности продукта не более 10 мин.	Наличие
7	Замена гамма-облучения концентрата тромбоцитов при инаktivации патогенов	Наличие
8	Полный непрерывный компьютерный контроль процедуры с измерением дозы облучения, температуры и контроль продолжительности облучения.	Наличие
9	Автоматический ввод информации через систему штрихкодирования, совместимость с персональным компьютером, считывателем штрих-кода и принтерами. Русифицированное меню.	Наличие
10	Требование к эксплуатационной документации	Предоставление эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для поддержания оборудования в исправном работоспособном состоянии

11	Инактивируемые патогены	Оболочечные вирусы Безоболочечные вирусы Грамм-положительные бактерии Грамм-отрицательные бактерии Протозоа Паразиты Лейкоциты
12	Использование одного прибора для инаktivации патогенов в плазме и в концентрате тромбоцитов	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.