

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Аппарат автоматического донорского плазмафереза	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Размеры габаритные (мм)	430х305х33
2.2.	Масса	25кг
2.3.	Напряжение	220вт 50Гц
2.4.	Скорость насосов	от 1до 7000 об/мин
2.5.	Скорость центрифуги	от 3000 до 7000об/мин;
2.6.	Концентрация антикоагулянта	1:8 до 1:20.

- 2.7. плазмаферез проводится в одноигольчатом режиме;
- 2.8. процедура сбора плазмы (600мм) занимает – 35- мин;
- 2.9. регулируемый поток при заборе и возврате крови в диапазоне 0 – 100мл/мин с автоматической адаптацией в зависимости от гемодинамики пациента;
- 2.10. антикоагулянт подается автоматически с регулировкой соотношения антикоагулянт – кровь;
- 2.11. на дисплее отображается информация с текущих технических параметров и состоянии процедуры;
- 2.12. оператор может вмешиваться в ход течения процедуры в любой момент;
- 2.13. в аппарате предусмотрены системы контроля за исправностью аппарата и состоянием пациента в обеспечении безопасности пациента.
- 2.14. сигнализация поддерживает:
- датчики воздуха в линиях забора крови;
 - датчик воздуха в линиях подачи антикоагулянта;
 - контроль давления забираемой и возвращаемой кров;
 - контроль герметичности одноразовой магистрали;
 - звуковая и световая сигнализация тревожных состояний;
 - возможность экстренного прерывания процедуры с возвратом крови, содержащейся в одноразовой магистрали пациенту.