

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
краников трехходовых**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Краник трехходовой	штука	150 000

2. Показатели (характеристики)

- 2.1. Соединение адаптировано к инфузионным системам: винтовое соединение и наличие трехходового краника;
- 2.2. Краники предназначены для инфузионной терапии, в том числе внутривенной;
- 2.3. В краниках трехходовых поворот должен осуществляться на 360 градусов;
- 2.4. Переключатель в трехходовых краниках должен фиксировать клапан;
- 2.5. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно документам