

БелМТ №427/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

Биоспецифический гемосорбент «Гемо-Протеазсорб» объемом 45-75 мл или аналог

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Биоспецифический гемосорбент типа «Гемо-Протеазсорб» объемом 45-75 мл или аналог	доз	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Все расходные материалы стерильные.

2.2. Все расходные материалы одноразового применения.

2.3. Все расходные материалы упакованы в коробки, предназначенные для складирования при хранении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Требования к гарантийному сроку (годности, стерильности): срок стерильности расходных материалов – согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №427/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий:
Биоспецифический гемосорбент «ЛПС-гемо» 45-75 мл или аналог:**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Биоспецифический гемосорбент «ЛПС-гемо» 45 -75 мл или аналог	доз	1000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Все расходные материалы стерильные.

2.2. Все расходные материалы одноразового применения.

2.3. Все расходные материалы упакованы в картонные коробки, предназначенные для складирования при хранении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Требования к гарантийному сроку (годности, стерильности): срок стерильности расходных материалов – согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №427/26

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

Биоспецифический гемосорбент «Анти-IgE-гемо» объемом 45-75 мл или аналог

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Биоспецифический гемосорбент типа «Анти-IgE-гемо» объемом 45-75 мл или аналог	доз	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Все расходные материалы стерильные.

2.2. Все расходные материалы одноразового применения.

2.3. Все расходные материалы упакованы в коробки, предназначенные для складирования при хранении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Требования к гарантийному сроку (годности, стерильности): срок стерильности расходных материалов – согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №427/26

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

Система одноразовая для экстракорпоральной гемоперфузии и адсорбции «Цитосорб» или аналог

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Система одноразовая для экстракорпоральной гемоперфузии и адсорбции «Цитосорб» или аналог в составе: – массообменное устройство; – набор магистралей и коннекторов.	шт.	30
Всего:		шт	30

2. Технические требования (характеристики) предмета закупки:

2.1. Показания к применению системы одноразовой для экстракорпоральной гемоперфузии и адсорбции: снижение концентраций билирубина, миоглобина и цитокинов в крови пациента;

2.2. Принцип действия системы одноразовой для экстракорпоральной гемоперфузии и адсорбции: удаление (адсорбция) целевых субстанций из цельной крови (гемоперфузия) на полимерах массообменного устройства, молекулярный вес удаляемых субстанций до 55 кДа;

2.3. Объем заполнения массообменного устройства: 150-350 мл;

2.4. Скорость кровотока через массообменное устройство: до 700 мл/ мин;

2.5. Допустимое время непрерывного применения массообменного устройства: до 24 часов;

2.6. Набор магистралей и коннекторов должен обеспечивать герметичность и стерильность процесса заполнения и промывки массообменного устройства;

2.7. Набор магистралей и коннекторов должен обеспечивать подключение системы экстракорпоральной гемоперфузии к контурам: ЭКМО, системы низкотоочной заместительной почечной терапии, «искусственной почки», физиологического контура аппарата искусственного кровообращения;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора (заказчика).