


А К Т
Дефектный

"21" января 2026 г.

ЗАКАЗЧИК	УЗ «ЖОДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Адрес:	Пр. Венисье, 1, 222160, г. Жодино УНП: 600039162

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЧПУП «МЕДИТАБ»
Адрес:	222311, Минская обл., Молодечненский район, д. Тюрли, пер. Молодечненский 1А, кабинет 2-6 тел (176)50-22-21 р/с BY34 REDJ 3012 1005 0237 1010 0933 в ЗАО «РРБ-Банк» БИК REDJBY22, г. Минск, ул. Красноезвездная, 18 УНП 691397902 e-mail: meditab@mail.ru
Инженер по медицинскому оборудованию  / Д.С.Савельев /	

Медицинская техника:

- 1) Системы моторные с принадлежностями и расходными материалами: система моторная вибрационная пила, арт. 3702nou. Серийный номер: М-200-818

Техническое заключение:

В ходе оценки технического состояния системы моторные с принадлежностями и расходными материалами: система моторная вибрационная пила, арт. 3702nou. Серийный номер: М-200-818 выявлено:

- Неисправна голова с зажимным механизмом 4 градуса. Заклинил передаточный механизм.

Для восстановления работоспособности вибрационной пилы рекомендуется проведение ремонтных работ с предварительной диагностикой на заводе-изготовителе Nouvag AG.

Ориентировочная стоимость ремонтных работ совместно с запчастями составит 12 000,00 (Двенадцать тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

Ориентировочные сроки ремонта: в течение 180 календарных дней.

Директор



/ Р.И. Василевский /