

А К Т
Дефектный

"18" мая 2026 г.

ЗАКАЗЧИК	УЗ «ЖОДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Адрес:	Пр. Венисье, 1, 222160, г. Жодино УНП: 600039162

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЧПУП «МЕДИТАБ»
Адрес:	222311, Минская обл., Молодечненский район, Тюрлевский с/с, 29, кабинет 2-6., вблизи д. Тюрли р/с BY49 BLBB 3012 0691 3979 0200 1001 в отделении №932 ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, г. Молодечно, пер. Партизанский 1 УНП 691397902 тел (176)50-22-21; (17) 201-97-80, service.meditab@gmail.com
Инженер по медицинскому оборудованию Д.С.Савельев	

Медицинская техника:

- 1) Система моторная вибрационная пила: блок питания, арт. 3705. Серийный номер: P-101-378

Техническое заключение:

В ходе оценки технического состояния система моторная вибрационная пила: блок питания, арт. 3705. Серийный номер: P-101-378
выявлено:

- Неисправна плата управления.

Для восстановления работоспособности блока питания рекомендуется проведение ремонтных работ с предварительной диагностикой на заводе-изготовителе Nouvag AG.

Ориентировочная стоимость ремонтных работ совместно с запчастями составит 4 830,00 (Четыре тысячи восемьсот тридцать) белорусских рублей 00 копеек.

Ориентировочные сроки ремонта: в течение 180 календарных дней.

Директор



Р.И. Василевский