

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
ЛОТ №1	Набор ирригационных трубок многократного применения (артикул 8171223 или аналог)	штука	50
ЛОТ №2	Эргономичная рукоятка поворотная (артикул 839300102 или аналог)	штука	6
ЛОТ №3	Кабель к электродам нейтральным (артикул 380-050 или аналог)	штука	2
ЛОТ №4	Нейтральный электрод одноразовый для модуля ВЧ хирургии (артикул 816-112 или аналог)	штука	100
ЛОТ №5	Монополярные электроды		
1.1.	Монополярный электрод-нож прямой коннектор 4 мм: артикул 500-007 или аналог	штука	10
1.2.	Монополярный электрод-нож ромбовидный изогнутый 4мм: артикул 500-008 или аналог	штука	10
1.3.	Монополярный электрод-петля проволочная 5 мм коннектор 4мм: артикул 500-014 или аналог	штука	10
1.4.	Монополярный электрод-нож ромбовидный прямой 4мм: артикул 500-009 или аналог	штука	5
1.5.	Монополярный электрод-игла прямой 4мм прямой коннектор 4 мм: артикул 500-011 или аналог	штука	5
1.6.	Монополярный электрод-петля проволочная 10 мм коннектор 4мм: артикул 500-015 или аналог	штука	10
1.7.	Монополярный электрод-шарик прямой 4 мм коннектор 4мм: артикул 500-021 или аналог	штука	5
ЛОТ №6	Инсуфляционный шланг High-Flow с нагревательной спиралью, многоразовый (артикул 8170202 или аналог)	штука	1
ЛОТ №7	Гигиенический фильтр (артикул 4171.111 или аналог)	штука	200
ЛОТ №8	Уплотнительная крышка (артикул 89.02 или аналог)	штука	40
ЛОТ №9	Уплотнительная крышка (артикул 89.08 или аналог)	штука	40
ЛОТ №10	Рабочая вставка-ножницы (артикул 8393.041 или артикул)	штука	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1

- 2.1.1. Трубки ирригационные, силиконовые с двумя прокалывающими иглами
- 2.1.2. Luer-lock коннектор
- 2.1.3. Автоклавируемые
- 2.1.4. Оснащены радиометкой

ЛОТ №2

- 2.2.1. Рукоятка для биполярного инструмента системы ERAGON bipolar, без кремальеры
- 2.2.2. Диаметр 5,5 мм
- 2.2.3. Быстроразъемный замок по принципу «Click-it»

ЛОТ №3

- 2.3.1. Совместимость с аппаратами BOWA
- 2.3.2. Разъем со стороны аппарата 10мм/2,5 мм
- 2.3.3. Длина кабеля не менее 4,5 м

ЛОТ №4

- 2.4.1. Размер не менее 160 см²

ЛОТ №5

- 2.5. Электроды монополярные, многоразовые, автоклавируемые

ЛОТ №6

- 2.6.1. Высокопоточный
- 2.6.2. Длина не менее 3 м
- 2.6.3. Стерилизация автоклавированием

ЛОТ №7

- 2.7. 1. Гигиенический фильтр, стерильный, с футляром для фильтра, для инсуфлятора CO₂

ЛОТ №8

- 2.8.1. Уплотняющая крышка для инструментов диаметром от 3,4 до 5,1 мм

ЛОТ №9

- 2.9.1. Уплотняющий крышка для инструментов диаметром от 9,5 до 10,1 мм

ЛОТ №10

- 2.9.1. Ножницы - рабочая вставка "METZENBAUM"
- 2.9.2. Лезвия изогнуты влево
- 2.9.3. Монополярный
- 2.9.4. Диаметр 5 мм
- 2.9.5. Длина не менее 330 мм
- 2.9.6. Длина лезвий не менее 23 мм

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) – согласно документам организатора.