

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 1.

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Клип-аппликатор	штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Трубка-корпус диаметр (мм)	10-11
2.2	Рабочая длина (мм)	320-350
2.3	Автоклавируемый	Наличие
2.4	Материал	Нержавеющая сталь
2.5	Для клипс длиной 5 мм и 8 мм	совместимость
2.6	Конструкция	Разборный
2.7	Механизм тубуса	Поворотный

Лот № 2

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
2	Эндоклипер поворотный	Штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Для клипс длиной 5 и 8 мм	Совместимость
2.2	Длина (мм)	320-350
2.3	Многократного использования	Наличие
2.4	Автоклавируемый	Наличие
2.5	Материал	Нержавеющая сталь
2.6	Трубка-корпус диаметр (мм)	10-11
2.7	Конструкция	Разборный
2.8	Механизм тубуса	Поворотный

Лот № 3

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
3	Электрод-шар	Штука	3

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Режим работы	Монополярный
2.2	Устойчивость к высоким температурам	Наличие
2.3	Многократного использования	Наличие
2.4	Автоклавируемый	Наличие
2.5	Диаметр, (мм)	5,0-6,0

2.6	Рабочая длина (мм)	320-350
2.7	Совместимость с системой высокочастотной хирургической Erbe VIO 300 D	Наличие
2.8	Изоляционное покрытие	Наличие

Лот № 4

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
4	Электрод L-образный	штука	3

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Монополярный	Наличие
2.2	Устойчивость к высоким температурам	Наличие
2.3	Многократного использования	Наличие
2.4	Автоклавируемый	Наличие
2.5	Диаметр, (мм)	5,0 -6,00
2.6	Рабочая длина (мм)	320-350
2.7	Совместимость с системой высокочастотной хирургической Erbe VIO 300 D	Наличие
2.8	Изоляционное покрытие	Наличие

Лот № 5

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
5	Игла Вереща	штука	6

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Длина активной части (мм)	150 -160
2.2	Рабочая длина не более (мм)	150
2.2	Устойчивость к высоким температурам	Наличие
2.3	Многократного использования	Наличие
2.4	Автоклавируемый	Наличие
2.5	Материал	Нержавеющая сталь
2.6	Конструкция	Разборная

Лот № 6

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
6	Ножницы изогнутые	штука	3

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Двухбраншевые	Наличие
2.2	Длина бранши не менее (мм)	14
2.3	Длина рабочей части (мм)	320-350
2.4	Диаметр (мм)	5,0-6,0
2.5	Многократного использования	Наличие
2.6	Автоклавируемый	Наличие
2.7	Изоляционное покрытие	Наличие
2.8	Конструкция	Разборный
2.9	Механизм тубуса	Поворотный

Лот № 7**1. Состав (комплектация) медицинского изделия:**

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
7	Инструмент для извлечения удаляемых органов типа «Сачок»	штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Рабочая длина (мм)	350-450
2.2	Диаметр (мм)	10,0-11,00
2.3	Многократного использования	Наличие
2.4	Автоклавируемые	Наличие
2.5	Материал	Нержавеющая сталь

Лот № 8**1. Состав (комплектация) медицинского изделия:**

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
8	Контейнер-мешок для удаляемых органов типа «Сачок»	штука	100

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Объем не более (л)	0,250
2.2	Выдерживает вес (нагрузка) не более (гр.)	500
2.3	Однократного применения	Наличие
2.4	Стерильно	Наличие

Лот № 9**1. Состав (комплектация) медицинского изделия:**

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
9	Зажим Фундус	штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Длина рабочей части (мм)	320-350
-----	--------------------------	---------

2.2	Диаметр трубки-корпуса (мм)	5,0-6,0
2.3	Многоразового использования	Наличие
2.4	Автоклавируемый	Наличие
2.5	Изоляционное покрытие	Наличие
2.6	Конструкция	Разборный

Лот № 10

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
10	Переходник-конвектор	штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Диаметр троакара (мм)	15,0-16,00
2.2	Рабочая длина (мм)	150-200
2.3	Для использования инструментария диаметром 5,0 мм	Наличие
2.4	Многократного использования	Наличие
2.5	Автоклавируемый	Наличие

Лот № 11

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
11	Внутренние уплотнители (Ремонтный комплект прокладок)	штука	40

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Диаметр троакара 5,0-6,00 мм	Наличие
2.2	Диаметр троакара 10,0-11,00 мм	Наличие
2.3	Автоклавируемый	Наличие
2.4	Многократного использования	Наличие

Лот № 12

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
12	Струйный пистолет для воды и сжатого воздуха в комплекте с насадками: насадка для канюль 1 шт., насадка для конусов LUER 1 шт., насадка для каналов 1 шт., насадка гидроэлеватор для аспирации и углов и полостей 1 шт., насадка для трубок 1 шт., насадка для полостей 1 шт., насадка для поверхностей 1 шт.	комплект	1 шт.

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Максимальное удлинение шланга не менее (см)	225
2.2	Подключение к медицинской консоли	Наличие
2.4	Многократного использования	Наличие

Лот № 13**1. Состав (комплектация) медицинского изделия:**

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
13	Троакар + Стиллет	комплект	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Троакар	
2.1.1	Тип клапана	форточный, лепестковый, автоматический
2.1.2	Тип троакара	универсальный, автоматический, магнитный, с ручным управлением
2.1.3	Диаметр троакара (мм)	15,0-16,00
2.1.4	Рабочая длина гильзы (мм)	120-150
2.1.5	Многоразового использования	Наличие
2.1.6	Материал	Нержавеющая сталь
2.2	Стиллет	
2.2.1	Диаметр стилета (мм)	15,0 -16,0
2.2.2	Рабочая длина стилета (мм)	120-160
2.2.3	Материал	Нержавеющая сталь
2.2.4	Многоразового использования	Наличие
2.2.5	Автоклавируемый	Наличие
2.2.6	Вид стилета	Пирамидальный (гладкая канюля со скошенным дистальным концом)
2.2.7	Конструкция	Разборный без скрытых полостей

Лот № 14**1. Состав (комплектация) медицинского изделия:**

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
14	Троакар + Стиллет	комплект	3

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Троакар	
2.1.1	тип клапана	форточный, лепестковый, автоматический
2.1.2	Тип троакара	универсальный, автоматический, магнитный, с ручным управлением, с газоподачей
2.1.3	Диаметр троакара (мм)	10,0-11,00

2.1.4	Рабочая длина гильзы (мм)	120 -130
2.1.5	Многоразового использования	Наличие
2.1.6	Материал	Нержавеющая сталь
2.2	Стиллет	
2.2.1	Диаметр стилета (мм)	10,00-11,00
2.2.2	Рабочая длина (мм)	120-150
2.2.3	Материал	Нержавеющая сталь
2.2.4	Многоразового использования	Наличие
2.2.5	Автоклавируемый	Наличие
2.2.6	Вид стилета	Пирамидальный
2.2.7	Конструкция	Разборная, без скрытых полостей

Лот № 15

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
15	Троакар + Стиллет	комплект	3

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Троакар	
2.1.1	Тип клапана	форточный, лепестковый, автоматический
2.1.2	Тип троакара	универсальный, автоматический, магнитный, с ручным управлением
2.1.3	Диаметр троакара (мм)	5,0-6,0
2.1.4	Рабочая длина гильзы (мм)	90-100
2.1.5	Многоразового использования	Наличие
2.2	Стиллет	
2.2.1	Диаметр стилета (мм)	5,0-6,0
2.2.2	Рабочая длина не менее (мм)	150-160
2.2.3	Материал	Нержавеющая сталь
2.2.4	Многоразового использования	Наличие
2.2.5	Автоклавируемый	Наличие
2.2.6	Тип стилета	Пирамидальный
2.2.7	Конструкция	Разборный, без скрытых полостей

Лот № 16

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
16	Расширитель троакарного отверстия	штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Многоразового использования	Наличие
2.2	Материал	Нержавеющая сталь
2.3	Диапазон расширения	Трехлепестковый
2.4	Диапазон расширения раны (мм)	от 10 до 50
2.5	Автоклавируемый	Наличие
2.6	Конструкция	Разборная, без скрытых полостей

Лот № 17**1. Состав (комплектация) медицинского изделия:**

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
17	Зажим биполярный	штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Двухбраншевый	Наличие
2.2	Длина рабочей части (мм)	320-350
2.3	Диаметр (мм)	5,0 -6,0
2.4	Многokrатного использования	Наличие
2.5	Автоклавируемый	Наличие
2.6	Изоляционное покрытие	Наличие
2.7	Конструкция	Разборная
2.8	Механизм тубуса	Поворотный

Лот № 18**1. Состав (комплектация) медицинского изделия:**

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
18	Зажим окончательный волна	штука	3

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Двухбраншевый	Наличие
2.2	Длина рабочей части (мм)	320-350 мм
2.3	Диаметр (мм)	5,0-6,0 мм
2.4	Многokrатного использования	Наличие
2.5	Автоклавируемый	Наличие
2.6	Изоляционное покрытие	Наличие
2.7	Конструкция	Разборная
2.8	Механизм тубуса	Поворотный

Лот № 19**1. Состав (комплектация) медицинского изделия:**

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
19	Зажим биполярный двухбраншевый	штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Вид	Биполярный,термоэлектро лигирующий
2.2	Двухбраншевый	Наличие
2.3	Длина рабочей части (мм)	320-350
2.4	Диаметр (мм)	5,0-6,0
2.5	Многokrатного использования	Наличие
2.6	Автоклавируемый	Наличие
2.7	Изоляционное покрытие	Наличие

2.8	Конструкция	Разборная
2.9	Механизм тубуса	Поворотный
2.10	Совместимость с системой высокочастотной хирургической Erbe VIO 300 D	Наличие

Лот № 20

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
20	Зажим анатомический Граспер	штука	3

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Вид	Анатомический, атравматичный
2.2	Длина рабочей части (мм)	320-350
2.3	Диаметр (мм)	5,0-6,0 мм
2.4	Многократного использования	Наличие
2.5	Автоклавируемый	Наличие
2.6	Изоляционное покрытие	Наличие
2.7	Конструкция	разборный
2.8	Механизм тубуса	Поворотный

Лот № 21

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
21	Вставка переходная	штука	3

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Диапазон перехода (мм)	10 и 5
2.2	Многократного использования	Наличие
2.3	Автоклавируемый	Наличие

Лот № 22

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
22	Диссектор	штука	3

2. Технические (потребительские) характеристики

2.1	Длина рабочей части (мм)	320-350
2.2	Диаметр (мм)	5,0-6,0
2.3	Многократного использования	Наличие
2.4	Автоклавируемый	Наличие
2.5	Совместимость с системой высокочастотной хирургической Erbe VIO 300 D	Совместимость
2.6	Изоляционное покрытие	Наличие
2.7	Конструкция	Разборный

2.8	Механизм тубуса	Поворотный
-----	-----------------	------------

Лот № 23

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
24	Лапароскоп	штука	2

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Многократного использования	Наличие
2.2	Автоклавируемый	Наличие
2.3	Длина (мм)	320-360
2.4	Диаметр (мм)	10-11
2.5	Угол установки коннектора для подключения светового кабеля	80°-90°
2.6	Угол зрения	30°
2.7	Поддерживаемые стандарты световодных кабелей: Storz	Наличие
2.8	Поддержка широкоформатного изображения высокой четкости FULL HD и 4K	Наличие

Лот № 24

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
23	Световод стекловолоконный	штука	2

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Автоклавируемый	Наличие
2.2	Стандарт адаптера Storz диаметр оптоволокну (мм)	4,5-5,0
2.3	Длина (см)	300-360
2.4	Оптика жесткая, прямого видения, высокого разрешения	Наличие
2.5	Стержне-линзовый осветительный канал со встроенным оптоволоконном	Наличие
2.6	Усиленная оболочка в области крепления эндоскопа	Наличие
2.7	Оптическое стекло на коннекторах с защитой от выгорания	Наличие

Лот № 25

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
25	Корзина с ложементами для эндоскопов	штука	2

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Размер не менее (мм)	460*150*52
2.2	Многократного использования	Наличие
2.3	Автоклавируемый	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора