

Лот 1

Утверждаю.

Главный врач

УЗ «Брестская областная
клиническая больница»

Карпицкий



**Техническое задание
на закупку общехирургический столе (5 ед)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единица):

1.1	Стол операционный	1 шт
1.2	Пульт управления	1 шт
1.3	Кабель заземления	1 шт
1.4	Съёмный шнур питания	1 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1	Длина стола, не менее	2100 мм
2.2	Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1100 мм
2.3	Ширина стола по направляющим, не менее	550 мм
2.4	Ширина панели стола, не менее	500 мм
2.5	Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более	630 мм
2.6	Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее	1080 мм
2.7	Длина основания стола, не более	1085 мм
2.8	Ширина основания стола, не более	530 мм
2.9	Высота основания стола, не более	190 мм
2.10	Подъем встроенного почечного валика, не менее	120 мм
2.11	Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	30°/ 30°
2.12	Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	75°/ 45°
2.13	Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	30°/ 35°
2.14	Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	30°/90°
2.15	Максимальное выдвижение головной секции, не менее	50 мм
2.16	Боковой наклон панели стола (вправо/влево), не менее	20°/ 20°
2.17	Безопасная рабочая нагрузка стола	250 кг
2.18	Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	350 кг

2.19	Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	290 кг
2.20	Сдвиг панели стола в продольном направлении, не менее	320 мм
3	Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим	
3.1	Панель стола шестисекционная, с отдельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них	наличие
3.2	Столешница должна быть изготовлена из высококачественного HPL-пластика (High Pressure Laminate) толщиной не менее 8 мм	наличие
3.3	Головная и ножные секции - съемные	наличие
3.4	Подушки матраца:	
3.4.1	- должны быть отдельными и соответствовать секциям панели	наличие
3.4.2	- должны быть съемными и фиксироваться на элементах панели при помощи штыревых держателей	наличие
3.4.3	- должны быть литыми, изготовленными по бесшовной технологии	наличие
3.4.4	- должны быть изготовлены из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом	наличие
3.4.5	- должны обладать антибактериальными свойствами (по системе Ultra Fresh antimicrobial technology или аналогичной).	наличие
3.5	Все открытые металлические элементы стола, включая дополнительные приспособления, должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к хлорсодержащим дезинфектантам	наличие
3.6	Для крепления принадлежностей стол должен иметь боковые унифицированные направляющие из нержавеющей стали сечением 10x25 мм	наличие
3.7	Количество боковых направляющих, не менее	8 шт
3.8	Несущая рама панели, крепежные элементы и метизы должны быть изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали.	наличие
3.9	В крайних положениях продольных и боковых наклонов панели должен раздаваться звуковой сигнал	наличие
3.10	При выходе панели в 0- положение, должен раздаваться звуковой сигнал.	наличие
3.11	Должны быть автоматически ограничены величины одновременных продольных и боковых наклонов панели стола. При этом должен раздаваться прерывистый звуковой сигнал.	наличие
3.12	Продольный сдвиг панели должен быть автоматически запрещен при продольных и боковых наклонах более 5°. При этом должен раздаваться прерывистый звуковой сигнал.	наличие
3.13	Основание стола должно быть закрыто кожухом из нержавеющей стали.	наличие
3.14	Колонна стола должна быть закрыта в нижней части телескопическим кожухом из нержавеющей стали, в верхней части - гофрой	наличие
3.15	В верхней части колонны должна быть предусмотрена кнопка аварийной остановки, при нажатии которой отключается электропитание стола при аварийной ситуации или при использовании высокочастотного оборудования (коагулятора)	наличие
3.16	Кнопка аварийной остановки должна быть сигнального красного цвета, для лучшей визуализации в экстренной ситуации	наличие
3.17	Возврат панели стола в горизонтальное положение в двух плоскостях (0- позиция, с возможностью экстренной остановки)	наличие
3.18	Перевод стола в стационарное (не транспортное) положение должен производиться нажатием соответствующей кнопки на дистанционном пульте управления, путем выдвижения не менее четырех гидравлических регулируемых стационарных опор.	наличие
3.19	Стол должен иметь не менее четырех встроенных сдвоенных обрешеченных колесных опор Ø100 мм для облегчения перемещения внутри операционной	наличие
3.20	Каждая секция стола должна иметь маркировку безопасной нагрузки на секцию	наличие
3.21	Стол должен иметь возможность работы от встроенных аккумуляторов и от сети 230 В	наличие
3.22	Стол должен иметь напряжение питания электроприводов 24 В	наличие
3.23	Ёмкость аккумуляторов не менее 12 Ач.	наличие

3.24	В зависимости от интенсивности выполнения движений стола, после полной зарядки батарей должна обеспечиваться работа стола в течение периода времени до пяти дней (ориентировочно 300 движений)	наличие
3.25	Для предотвращения глубокого разряда аккумуляторов стол должен автоматически выключиться, если в течении двух часов не происходит нажатие хотя бы одной кнопки пульта	наличие
4	Управление столом	
4.1	Функциональные регулировки стола, осуществляемые электрогидравлическим приводом:	
4.1.1	- высота панели стола (min/max)	наличие
4.1.2	- продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург)	наличие
4.1.3	- боковые наклоны	наличие
4.1.5	- наклон спинной секции (вверх/вниз)	наличие
4.1.6	- подъем встроенного почечного валика	наличие
4.1.7	- блокировка основания стола	наличие
4.2	Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружины:	
4.2.1	- наклон головной секции (вверх/вниз)	наличие
4.2.2	- наклон ножной секции (вверх/вниз)	наличие
4.3	Функциональные регулировки стола, электромеханическим приводом:	
4.3.1	- сдвиг панели стола в продольном направлении	наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

1	И.Л. Радиевский	Заведующий отделения хирургии Брестской областной клинической больницы	
2	С.В. Гетманюк	И.О. заведующего нейрохирургического отделения Брестской областной клинической больницы	
3	М.В. Дейкало	Заведующий отделения трансплантации и реконструктивной хирургии Брестской областной клинической больницы	

Согласовано:

 И.В.Сабалевский главный внештатный специалист ГУЗО
Брестского облисполкома (Специалист по стационарной хирургии)

