

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ 1: Система суточного мониторинрования АД

1. Состав (комплектация 1 единицы) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Система суточного мониторинрования АД:	шт.	1
1.1	Системный блок	шт.	1
1.2	Цветной монитор высокого разрешения, не менее, 21"	шт.	1
1.3	Компьютерная мышь	шт.	1
1.4	Лазерный принтер	шт.	1
1.5	Клавиатура	шт.	1
2	Носимый монитор АД	шт.	5
3	Чехол многоцветного использования	шт.	5
4	Манжеты для регистрации АД:	шт.	
4.1	Манжета плечевая 24-32 см. ±2см.	шт.	5
4.2	Манжета плечевая 28-40 см. ±2см.	шт.	5
4.3	Манжета плечевая 30-42 см. ±2см.	шт.	5
5	Кабель USB считывания (передачи) данных с монитора в ПК	шт.	1
6	Зарядное устройство	шт.	5
7	Аккумуляторные батареи	шт.	20
8	Программное обеспечение для анализа длительной записи АД	шт.	1

**В комплект могут входить дополнительные принадлежности согласно стандартной комплектации производителя.*

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
1	Системный блок:	
1.1.1	Операционная система Windows	Наличие
1.1.2	Оперативная память не менее	8Гб
1.1.3	Емкость жесткого диска, не менее	500 Гб
2	ПО:	
2.1.1	Длительность мониторинрования АД без замены источника питания, час	не менее 24
2.1.2	Метод измерения АД: - Осциллометрический	наличие
2.1.3	Диапазон измеряемого артериального давления в манжете в автоматическом режиме, мм рт.ст	20-280
2.1.4	Погрешность измерения давления в манжете, мм рт, ст.	± 3
2.1.5	Диапазон измерения частоты пульса	40-200 ударов в минуту
2.1.6	Погрешность измерения частоты пульса	± 3 удара в минуту
2.1.7	Возможность аварийного сброса давления в пневматической системе по нажатию кнопки	наличие
2.1.8	Возможность выбора режима:	наличие

	- взрослые - дети	
2.1.9	Отображение на ЖК- дисплее: - систолическое, диастолическое АД и ЧСС; - текущее время и дата измерения; - сообщения о возникающих ошибках; - сигнализация при выходе давления за установленные пределы; - степени разряда источника питания;	Наличие по каждому пункту (параметру)
2.1.10	Запуск регистрации, ввод данных пациента и программирование регистратора через программу ПК	наличие
2.1.11	Связь с ПК по каналу USB	наличие
2.1.12	Установка временных интервалов между измерениями АД (10-240) мин.	наличие
2.1.13	Повторное измерение АД при неудавшемся предыдущем.	наличие
2.1.14	Возможность использования как одноразовых батареек, так и перезаряжаемых аккумуляторов	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.