

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Раствор консервирующий для перфузии, хранения и транспортировки трансплантатов печени, поджелудочной железы и почек и используемый в трансплантации органов и тканей	литры	300

2. Технические требования

2.1	Раствор консервирующий должен быть стерильно упакован.
2.2	Раствор консервирующий должен содержать лактобионовую кислоту, аденозин, аллопуринол, глутатион, поли(О-2-гидроксиэтил)крахмал, калия дигидроортофосфат, пентагидрат раффинозы, гептагидрат сульфата магния, гидроксид натрия, гидроксид калия, вода для инъекций. Или аналог
2.3	Раствор консервирующий должен быть с осмолярностью 290-320 миллиосмоль/кг.
2.4	Рекомендуемая температура использования раствора консервирующего от 2 до 6 градусов Цельсия.
2.5	Раствор консервирующий должен быть предназначен для мультиорганного забора и трансплантации печени, поджелудочной железы и почек.
2.6	Раствор должен быть упакован в пакеты по 1-2 литра

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.