

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Клипсы и аппараты сшивающие

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) ИМН	Количество
Лот №1 Клипсы для клипирования сосудов средние		3000 кассет
Лот №2 Клипсы для клипирования сосудов малые		3000 кассет
Лот №3 Аппарат сшивающий для наложения кожного шва одноразовый	1. Кожный степлер со скобами (в количестве 33-40 скоб) – 1 шт.; 2. Экстрактор скоб – 1 шт.	1000 комплектов

2. Технические требования

Лот №1
Клипсы для клипирования сосудов средние
1. Клипсы стандарта Ethicon 200 (средние). 2. Апертура открытой клипсы – 3,0 мм, длина закрытой клипсы 5,0 мм. 3. Для закрытия сосудов диаметром от 1,0 до 2,5 мм. 4. Клипсы средние стерильные из титана, с бороздками на внутренней стороне клипс, обеспечивающими стабильность наложенных на анатомические структуры клипс. 5. Наличие насечек на внешней стороне клипс для фиксации их в браншах клипсонакладывателя. 6. Форма клипс – U или V-образная. 7. Цветовая маркировка кассеты (кассеты разных размеров клипов должны отличаться по цвету).
Лот №2
Клипсы для клипирования сосудов малые
1. Клипсы стандарта Ethicon 100 (малые). 2. Апертура открытой клипсы – 2,5 мм, длина закрытой клипсы 3,0 мм. 3. Для закрытия сосудов диаметром от 0,3 до 1,5 мм. 4. Клипсы малые стерильные, из титана, с бороздками на внутренней стороне клипс, обеспечивающими стабильность наложенных на анатомические структуры клипс. 5. Наличие насечек на внешней стороне клипс для фиксации их в браншах клипсонакладывателя. 6. Форма клипс – U или V-образная. 7. Цветовая маркировка кассеты (кассеты разных размеров клипов должны отличаться по цвету).
Лот №3
Аппарат сшивающий для наложения кожного шва одноразовый
1. Наличие маркера центровки аппарата по отношению к кожной ране. 2. Конструкция аппарата должна обеспечивать быстрое, точное и плавное наложения шва. 3. Высота закрытой скобы – от 3,2 до 4,2 мм; ширина закрытой скобы – от 5 до 6 мм, толщина проволоки скобы от 0,5 до 0,6 мм. 4. Наличие индивидуальной стерильной упаковки. 5. Материал скоб нетоксичен, апирогенен, с покрытием, для облегчения извлечения скоб и уменьшения травматизации тканей.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
«Клипсонакладыватели многоразовые»

1. Состав (комплектация):

Номер и наименование ЛОТа	Кол-во, шт
Лот №4 Клипсонакладыватель многоразовый для средних клипс	4
Лот №5 Клипсонакладыватель многоразовый для малых клипс	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

<i>Лот №4. Клипсонакладыватель многоразовый для средних клипс</i>
1. Изогнутые бранши с насечками на внутренней поверхности рабочей части. 2. Длина клипсонакладывателя 18,0-20,0 см. 3. Наличие цветовой маркировки (клипсонакладыватели для разных размеров клипс различаются по цвету). 4. Совместимость с имеющимися в наличии клипсами стандарта Ethicon 200 (средние). 5. Многократного применения, устойчивые к дезинфекции и стерилизации.
<i>Лот №5. Клипсонакладыватель многоразовый для малых клипс</i>
1. Изогнутые бранши с насечками на внутренней поверхности рабочей части. 2. Длина клипсонакладывателя 18,0-20,0 см. 3. Наличие цветовой маркировки (клипсонакладыватели для разных размеров клипс различаются по цвету). 4. Совместимость с имеющимися в наличии клипсами стандарта Ethicon 100 (малые). 5. Многократного применения, устойчивые к дезинфекции и стерилизации.