

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№ п/п	Наименование оборудования	Количество
1	ПЦР-бокс для чистой работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-анализа	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

- 2.1. Размер рабочей поверхности бокса должен составлять не менее 1200 x 500 мм для создания оптимального рабочего места в ПЦР-боксе.
 - 2.2. Наличие не менее двух УФ-ламп открытого типа для дезинфекции рабочей поверхности с мощностью не менее 30 Вт.
 - 2.3. Наличие цифрового таймера, контролирующего длительность прямого ультрафиолетового облучения.
 - 2.4. Материал рабочей поверхности бокса: нержавеющая сталь.
 - 2.5. Наличие проточного бактерицидного УФ-рециркулятора воздуха, обеспечивающего постоянную дезинфекцию внутри бокса во время работы персонала.
 - 2.6. Бактерицидный облучатель должен управляться электронным таймером.
 - 2.7. Срок службы УФ-ламп – не менее 9000 ч.
 - 2.8. Настольный вариант исполнения.
 - 2.9. Наличие автоматического отключения прямого УФ-излучения при открытии передней стеклянной панели.
 - 2.10. Цифровая установка времени УФ-излучения открытого типа должна составлять от 1 мин до 24 ч/непрерывно.
 - 2.11. Наличие освещения рабочей поверхности бокса.
 - 2.12. Наличие не менее трех встроенных сетевых розеток, позволяющих подключать лабораторные приборы внутри бокса.
 - 2.13. Передняя стеклянная панель должна плавно подниматься, и фиксироваться на любой высоте.
 - 2.14. Потребляемая мощность: не более 200 Вт.
- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.