

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) двухкомпонентной стомийной системы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1.1	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) до 39мм	штука	14 000
1.2.	Дренируемый стомный мешок с диаметром фланцевого соединения до 39мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	28 000
1.3	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) от 40 до 49мм	штука	84 000
1.4	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соединения от 40 до 49 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	168 000
1.5	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) от 50 до 59мм	штука	200 000
1.6	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соединения от 50 до 59мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	400 000
1.7	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) от 60 до 70мм	штука	200 000
1.8	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соединения от 60 до 70мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	400 000
1.9	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) от 90 до 100 мм	штука	30 000
1.10	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соединения от 90 до 100 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	60 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Стомийное оснащение предназначено для амбулаторных взрослых пациентов льготной категории с кишечными стомами;

2.2. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.3. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 4-х суток.

- 2.4. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.
- 2.5. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную разметку в виде концентрических окружностей.
- 2.6. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
- 2.7. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.
- 2.8. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в течение не менее 2-х суток.
- 2.9. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации.
- 2.10. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.
- 2.11. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всей плоскости соприкосновения с кожей пациента.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) двухкомпонентной стерильной стомийной

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1.1	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) до 39 мм	штука	50
1.2.	Дренируемый стомный мешок с диаметром фланцевого соединения до 39 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	50
1.3	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) от 40 до 49мм	штука	100
1.4	Дренируемый стомный мешок с диаметром фланцевого соединения от 40 до 49 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	100
1.5	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) от 50 до 59мм	штука	50
1.6	Дренируемый стомный мешок с диаметром фланцевого соединения от 50 до 59мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	50
1.7	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) от 60 до 70мм	штука	9 000
1.8	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соединения от 60 до 70мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	9 000
1.9	Адгезивные пластины с диаметром фланцевого соединения (типоразмер) от 90 до 100 мм	штука	10 000
1.10	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соединения от 90 до 100 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения	штука	10 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Стомийное оснащение предназначено для стационарных пациентов с кишечными стомами; кишечными, панкреатическими и билиарными свищами;

2.2. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.3. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 1-х суток.

- 2.4. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.
- 2.5. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную разметку в виде концентрических окружностей.
- 2.6. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
- 2.7. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.
- 2.8. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в течение не менее 2-х суток.
- 2.9. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность после фиксации.
- 2.10. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.
- 2.11. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всей плоскости соприкосновения с кожей пациента.
- 2.12. Стомийная система должна быть **стерильной*** и иметь индивидуальную упаковку*.

Примечание: технические требования отмеченные «» (звездочкой) являются принципиальными. Предложения, не соответствующие указанным требованиям, не оцениваются и подлежат отклонению.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам

МТ №210/26

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) пасты стомийной

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1.1.	Стомийная паста (тюбик)	штука	24 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Паста (тюбик) должна быть однородной по структуре, надежно нивелировать кожные дефекты; иметь хорошие клеящие, защитные и лечебные свойства для лучшего крепления адгезивной пластины к коже пациента.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам