

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) катетеров урологических Фолея двухпросветных латексных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-06	штука	1 500
1.2	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-14	штука	9 000
1.3	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-16	штука	18 000
1.4	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-18	штука	16 000
1.5	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-20	штука	8 000
Итого по лоту 1:			штука	52 500

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Катетер должен быть двухпросветным;
- 2.2. Применяется для катетеризации мочевого пузыря;
- 2.3. Катетер должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом и иметь гладкую поверхность;
- 2.4. Катетер должен быть упакован в пакет, позволяющий вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему;
- 2.5. Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2-х боковых отверстий;
- 2.6. Наличие прозрачного баллона объемом от 5 до 30мл;
- 2.7. Длина катетера:
 - 2.7.1. для пп. 1.1 не более 40см
 - 2.7.2. для пп. 1.2- 1.5 не менее 36см;
- 2.8. Наличие антивозвратного клапана для заполнения баллона шприцем без иглы;
- 2.9. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.10. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.