

1. Состав и технические требования.

Лот 1. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	1.5 мм x 1.5-2.0 см	25
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	1.5 мм x 2.5-3.0 см	25
2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.:			
2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.013". Форма спирали – сферическая/3D			
2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая			
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям			
1.3.	Система отделения спиралей		20
3. Технические требования для пункта 1.3.:			
3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей			
3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей			

Лот 2. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	1.5 мм x 3.5-4.0 см	30
2. Технические требования для пункта 1.1.:			
2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.013". Форма спирали – сферическая/3D			
2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая			
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям			
1.2.	Система отделения спиралей		10
3. Технические требования для пункта 1.2.:			
3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей			

3.2. В случае необходимости поставки многоцветной отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 3. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	2.0 мм x 1.5-2.0 см	42
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	2.0 мм x 3.5-4.0 см	36
1.3.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	2.5 мм x 3.5-4.0 см	39
1.4.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	3.0 мм x 4.0-5.0 см	41
1.5.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	3.0 мм x 6.0-7.0 см	38

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.5.:

2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.013". Форма спирали – сферическая/3D

2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая

2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям

1.6.	Система отделения спиралей		55
------	----------------------------	--	----

3. Технические требования для пункта 1.6.:

3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

3.2. В случае необходимости поставки многоцветной отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 4. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	2.5 мм x 5.0-6.0 см	34

2. Технические требования для пункта 1.1.:		
2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.013". Форма спирали – сферическая/3D		
2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая		
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям		
1.2.	Система отделения спиралей	15
3. Технические требования для пункта 1.2.:		
3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей		
3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей		

Лот 5. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	3.5 мм x 5.0-6,0 см	49
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	3.5 мм x 7.0-8,0 см	39
2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.:			
2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.013". Форма спирали – сферическая/3D			
2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая			
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям			
1.3.	Система отделения спиралей		30
3. Технические требования для пункта 1.3.:			
3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей			
3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей			

Лот 6. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных	4.0 мм x 5.0-6.0 см	50

	аневризм		
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	4.0 мм x 7.0-8.0 см	48
2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.015". Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям			
1.3.	Система отделения спиралей		40
3. Технические требования для пункта 1.3.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей			

Лот 7. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	5.0 мм x 9.0-10.0 см	99
2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.015". Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям			
1.2.	Система отделения спиралей		40
3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей			

Лот 8. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во

1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	2.0 мм x 2.0-3.0 см	21
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	3.0 мм x 5.0-6.0 см	38
1.3.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	4.0 мм x 7.0-8.0 см	45
1.4.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	4.0 мм x 10.0-13.0 см	39
1.5.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	5.0 мм x 15.0-17.0 см	53
1.6.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	6.0 мм x 11.0-18.0 см	51
1.7.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	8.0 мм x 20.0-27.0 см	29

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.7.:

2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.015". Форма спирали – сферическая/3D

2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая, стандартная

2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой растяжениям и деформациям

1.8.	Система отделения спиралей	90
------	----------------------------	----

3. Технические требования для пункта 1.8.:

3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требует дополнительных устройств для отделения спиралей

3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (к всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 9. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	3.5 мм x 5.0-6.0 см	36
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	3.5 мм x 8.0-12.0 см	29

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.:		
2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.015". Форма спирали – сферическая/3D		
2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая, стандартная		
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям		
1.3.	Система отделения спиралей	25
3. Технические требования для пункта 1.3.:		
3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей		
3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей		

Лот 10. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	5.0 мм x 9.0-10.0 см	90
2. Технические требования для пункта 1.1.:			
2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.015". Форма спирали – сферическая/3D			
2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная			
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям			
1.2.	Система отделения спиралей		35
3. Технические требования для пункта 1.2.:			
3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей			
3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей			

Лот 11. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	6.0 мм x 20.0-26.0 см	72
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных	7.0 мм x 20.0-24.0 см	59

	аневризм		
2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.:			
2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.015". Форма спирали – сферическая/3D			
2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная			
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям			
1.3.	Система отделения спиралей		55
3. Технические требования для пункта 1.3.:			
3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей			
3.2. В случае необходимости поставки многоцветной отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (к всем лотам одного производителя) микроспиралей			

Лот 12. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	9.0 мм x 25.0-33.0 см	32

2. Технические требования для пункта 1.1.:

2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.015". Форма спирали – сферическая/3D

2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная

2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям

1.2. Система отделения спиралей

15

3. Технические требования для пункта 1.2.:

3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

3.2. В случае необходимости поставки многоцветной отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (к всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 13. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	10.0 мм x 30.0-36.0	21

2. Технические требования для пункта 1.1.:		
2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.015". Форма спирали – сферическая/3D		
2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная		
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям		
1.2.	Система отделения спиралей	15
3. Технические требования для пункта 1.2.:		
3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей		
3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей		

Лот 14. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	12.0 мм x 30.0-35.0 см	17
2. Технические требования для пункта 1.1.:			
2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.015". Форма спирали – сферическая/3D			
2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная			
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям			
1.2.	Система отделения спиралей		15
3. Технические требования для пункта 1.2.:			
3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей			
3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей			

Лот 15. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	6.0 мм x 16.0-20.0 см	24
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных	7.0 мм x 15.0-25.0 см	23

	аневризм		
1.3.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	8.0 мм x 27.0-33.0 см	23
1.4.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	9.0 мм x 27.0-33.0 см	19
1.5.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	10.0 мм x 30.0-36.0 см	17
1.6.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	12.0 мм x 40.0-45.0 см	9
1.7.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	14.0 мм x 45.0-53.0 см	8

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.7.:

2.1. Наружный диаметр спирали 0.0178-0,0182". Форма спирали – сферическая/комплексная/3D

2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная

2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям

1.8.	Система отделения спиралей		50
------	----------------------------	--	----

3. Технические требования для пункта 1.8.:

3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 16. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	11.0 мм x 39.0-41.0 см	14
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	13.0 мм x 43.0-47.0 см	10
2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.:			
2.1. Наружный диаметр спирали 0.0178-0,0182". Форма спирали – сферическая/комплексная/3D			
2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная			
2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям			
1.3.	Система отделения спиралей		15

3. Технические требования для пункта 1.3.:

3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 17. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм**1. Состав (комплектация) оборудования**

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	16.0 мм x 50.0-60.0 см	7
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	18.0 мм x 50.0-65.0 см	5

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.:

2.1. Наружный диаметр спирали 0.0145" - 0.018". Форма спирали – сферическая/комплексная/3D

2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная

2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям

1.3.	Система отделения спиралей	10
------	----------------------------	----

3. Технические требования для пункта 1.3.:

3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 18. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием.**1. Состав (комплектация) оборудования**

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.0 мм x 2.0-2.5 см	21
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2,0-2.5 мм x 4.0-4.5 см	21
1.3.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	3.0 мм x 5.5-6.0 см	25

1.4.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	4.0 мм x 5.0-6.0 см	25
1.5.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	4.0 мм x 8.0-8.5 см	22
1.6.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	5.0 мм x 9.5-10.0 см	26
1.7.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	5.0 мм x 14.0-15.0 см	24
1.8.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	6.0 мм x 19.0-20.0 см	29

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.8.:

2.1. Наружный диаметр спирали: 0.010"-0.0145". Форма спирали – сферическая/комплексная/3D.

2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая.

2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль должна иметь гидрогелевое полимерное покрытие для увеличения объема заполнения, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.

1.9.	Система отделения спиралей	45
------	----------------------------	----

3. Технические требования для пункта 1.9.:

3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 19. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием.			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	7.0 мм x 22.0-23.0 см	19
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	8.0 мм x 26.0-27.0 см	18
1.3.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	9.0 мм x 30.0-31.0 см	16
1.4.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	10.0 мм x 35.0-36.0 см	16
1.5.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	11.0 мм x 39.0-40.0 см	13

1.6.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	12.0 мм x 43.0-44.0 см	13
1.7.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	13.0 мм x 46.0-47.0 см	13
1.8.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	14.0 мм x 44.0-45.0 см	10
1.9.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	16.0 мм x 44.0-45.0 см	10
1.10.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	18.0 мм x 49.0-50.0 см	10
1.11.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	20.0 мм x 47.0-48.0 см	10
2. Технические требования для пункта 1.1.-1.11.: 2.1. Наружный диаметр спирали: 0.018". Форма спирали – сферическая/комплексная/3D. 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная (каркасная). 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль должна иметь гидрогелевое полимерное покрытие для увеличения объема заполнения, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.			
1.12.	Система отделения спиралей		40
3. Технические требования для пункта 1.12.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем логам одного производителя) микроспиралей			

Лот 20. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.0-1.5 мм x 2.0-2.5 см	12
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.0-1.5 мм x 3.0-3.5 см	10
1.3.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.5-2.0 мм x 2.0-2.5 см	10
1.4.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.5-2.0 мм x 2.5-3.0 см	9

1.5.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.5-2.0 мм x 3.5-4.0 см	10
1.6.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.0-2.5 мм x 2.0-2.5 см	30
1.7.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.0-2.5 мм x 4.0-4.5 см	12
1.8.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.0-2.5 мм x 6.0-6.5 см	19
1.9.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.5-3.0 мм x 4.0-4.5 см	20
1.10.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.5-3.0 мм x 6.0-6.5 см	13
1.11.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.5-3.0 мм x 8.0-8.5 см	12
1.12.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	3.0-3.5 мм x 4.0-4.5 см	19
1.13.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	3.0-3.5 мм x 6.0-6.5 см	20
1.14.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	3.0-3.5 мм x 8.0-8.5 см	10
1.15.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	3.0-3.5 мм x 10.0-10.5 см	9

2. Технические требования для пункта 1.1-1.15:

2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145". Форма спирали – сферическая/3D

2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая

2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль должна иметь гидрогелевое полимерное покрытие для увеличения объема заполнения, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.

1.16.	Система отделения спиралей	60
-------	----------------------------	----

3. Технические требования для пункта 1.16.:

3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 21. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка

1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	3.0-6.0 мм x 6.0-8.0 см	52
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	3.0-6.0 мм x 10.0-12.0 см	44
1.3.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	3.0-6.0 мм x 14.0-16.0 см	25
1.4.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	6.0-10.0 мм x 18.0-20.0 см	24
1.5.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	6.0-10.0 мм x 28.0-30.0 см	19
1.6.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	10.0-15.0 мм x 28.0-30.0 см	17
1.7.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	10.0-15.0 мм x 35.0-40.0 см	17

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.7.:

2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.018". Форма спирали – изменяемая, согласно модели

2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая

2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям

1.8.	Система отделения спиралей	50
------	----------------------------	----

3. Технические требования для пункта 1.8

3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

Лот 22. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм	Прямой	360
2. Технические требования для пункта 1.1.:			
2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,1/1.6F			
2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.0165 дюймов			

- 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 155 см.
 2.4. Два рентгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга

Лот 23. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм	Прямой	377
1.2.	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм	45°	93
1.3.	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм	90°	28

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.3.:

- 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,4/1.9F
 2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.017”
 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 2,0 см, для пунктов 1.2 и 1.3.
 2.4. Два рентгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга

Лот 24. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм	«J»	15

2. Технические требования для пункта 1.1.:

- 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,4/1.9F
 2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.017”
 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 2,0 см
 2.4. Два рентгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга

Лот 25. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм	Прямой	100

2. Технические требования для пункта 1.1.:

- 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2.6/2.1F
2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.021”
2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 8 см
2.4. Два рентгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга

Лот 26. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм 021**1. Состав (комплектация) оборудования**

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм	Прямой	140

2. Технические требования для пункта 1.1.:

- 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2.9/2.4F
2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.021”
2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 6 см
2.4. Два рентгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга

Лот 27. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм 027**1. Состав (комплектация) оборудования**

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм	Прямой	50

2. Технические требования для пункта 1.1.:

- 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 3.1/2.6F
2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.027”
2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 8 см
2.4. Рентгеноконтрастный маркер на кончике микрокатетера

Лот 28. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм 027**1. Состав (комплектация) оборудования**

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм	Прямой	50

2. Технические требования для пункта 1.1.:

- 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 3,1/2.8F
- 2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0,027"
- 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 140 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 6 см
- 2.4. Рентгеноконтрастный маркер на кончике микрокатетера

Примечание (ко всем лотам):

- 1. Пункты, отмеченные звездочкой (*), имеют принципиальное значение, при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.
- 2. Участник, признанный победителем по результатам торгов и ранее не поставлявший в Учреждения здравоохранения Республики Беларусь данные изделия медицинского назначения (ИМН), должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя правилам (особенностям) пользования (применения) ИМН (подтверждается обязательством).
- 3. Требования предъявляемые к сроку годности (стерильности): согласно аукционным документам.