

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

«Рабочее место врача оториноларинголога (лор-комбайн)», один комплект

Состав (комплектация) медицинского изделия (1-го комплекта):

№ п/п	Наименование	Ед. измерен ия	Кол-во, ед
1.1	Источник белого (холодного) света с регулировкой яркости с возможностью подключения к видеозэндоскопическому модулю	шт.	Не менее 2
1.2	Аспирационный модуль с автоматическим включением / выключением при снятии шланга аспиратора	шт.	1
1.2.1	Емкость для секрета	шт.	1
1.3	Система распыления медикаментов, состоящая из рукоятки для подачи воздуха и присоединяемых к ней колб	шт.	Не менее 1
1.4	Система для промывания (наружного слухового прохода или небных миндалин) с автоматическим подогревом до заданной температуры	шт.	Не менее 1
1.5.1	Функциональная консоль с гнездами с возможностью размещения пистолета для распыления воздуха, шланга аспиратора и световодов	шт.	1
1.5.2	Шкаф для хранения инструментов и расходных материалов с выдвижными ящиками в количестве не менее 4	шт.	Не менее 1
1.5.3	Рабочая поверхность для размещения инструментов во время приема, с крышкой для защиты от пыли и загрязнения,	шт.	Не менее 1

	пространством (блоком) для предварительного подогрева инструментов		
1.5.4	Выдвижная гладкая поверхность для заметок под инструментальным отделом	шт.	1
1.5.5	Держатель микроскопа	шт.	1
1.5.6	Держатель монитора и системного блока (или моноблока)	шт.	1
1.5.7	Колба (колчан) для чистых эндоскопов	шт.	Не менее 2
1.5.8	Колба (колчан) для использованных эндоскопов с дезинфицирующим раствором	шт.	Не менее 2
1.5.9	Мусорная корзина - встроенное в блок пространство, выдвижное или открываемое при нажатии на педаль, с возможностью размещения одноразовых мусорных пакетов	шт.	1
1.5.10	Блок-чаша для сброса отработанных инструментов на дезинфекцию, встроенная в ящик или расположенная в нише	шт.	1
1.6	Видеоэндоскопический модуль;	шт.	1
1.6.1	Головка видеокамеры для видеоэндоскопии в формате FullHD с возможностью подключения жестких и гибких эндоскопов, визуализации получаемой картинки на мониторе (моноблоке) через встроенное программное обеспечение, записи и архивации данных	шт.	1
1.6.2	Жесткие прямые эндоскопы: угол обзора 0 градусов, длина 170-200 мм, диаметр не более 4.5 мм	шт.	3
1.6.3	Гибкий фиброскоп, детский, диаметр не более 3 мм	шт.	1
1.7	Тимпанометр;	шт.	1
1.9	Налобный осветитель с автономным освещением;	шт.	1
1.9.1	Держатель для налобного осветителя на серванте	пгг.	1
1.10	Микроскоп диагностический с прямым оториноларингологическим тубусом, интегрированный в установку;	шт.	1
1.11	Плоский медицинский монитор с разрешением не менее FullHD и системный блок (или моноблок) с поверхностями и	шт.	1

	гладкими кнопками, которые могут быть закреплены на серванте и выдерживают обработку поверхности;		
1.12	Программное обеспечение для проведения видеоэндоскопии, тимпанометрии, архивации результатов.	шт.	1
1.13	Принтер с возможностью цветной печати для размещения на поверхности для хранения на серванте;	шт.	1
1.14	Кресло пациента с подлокотниками с возможностью электромеханической или гидравлической регулировки высоты;	шт.	1
1.15	Стул врача на колесах для перемещения, с изменяемой (регулируемой) по высоте спинкой; сидением	шт.	1
1.16	Оливы для модуля аспирации различных размеров;	шт.	30
1.17	Оливы Политцера с переходником различных размеров;	шт.	30
1.18	Набор ушных вкладышей для тимпанометра разных размеров	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Требования к оториноларингологической установке:
2.1.1	Комплект лотков для инструментов, не менее 5 шт.;
2.1.2	Влагозащищенная приборная панель;
2.1.3.	Наличие встроенной системы вакуумной аспирации:
2.1.3.1	Вакуумный насос для аспирации;
2.1.3.2	Емкость - сборник секретов не менее 1 литра с автоматическим предохранением от переполнения;
2.1.3.3	Возможность автоматического опорожнения сборника секретов в канализацию и промывания его проточной водой;
2.1.4	Наличие в составе оториноларингологической установки системы для промывания теплой водой;
2.1.4.1	Электронная регулировка температуры воды;
2.1.4.2	Насадка со съемными канюлями и защитой от брызг;
2.1.4.3	Блок подключения к центральному водопроводу;
2.1.5	Наличие в составе оториноларингологической установки системы подачи сжатого воздуха;
2.1.5.1	Компрессор для продувания сжатым воздухом
2.1.5.2	Кронштейн для распылителей медикаментов
2.1.5.3	Распылители медикаментов, не менее 2 шт.
2.1.5.4	Встроенный накопитель сжатого воздуха

2.1.5.5	Воздушный пистолет для распылителей
2.1.5.6	Регулятор давления распыления медикаментов
2.1.6	Наличие в составе оториноларингологической установки системы освещения
2.1.6.1	Не менее 2 встроенных источников освещения с регулятором яркости света
2.1.6.2	Гибкий световод для подключения к гнезду источника холодного света, 2 шт.
2.2	Требования к налобному осветителю
2.2.1	Возможность регулировки размера светового поля
2.2.2	Головная лента регулируется по высоте и ширине
2.3	Требования к микроскопу диагностическому
2.3.1	Биноклярный прямой тубус для оториноларингологии
2.3.2	Не менее 3 ступеней кратности увеличения
2.4	Требования к жестким эндоскопам
2.4.1	Должны быть автоклавируемыми
2.5	Требования к монитору
2.5.1	Не менее 17 дюймов по диагонали
2.6	Требования к креслу пациента
2.6.1	Электромеханический или гидравлический подъемник
2.6.2	Спинка откидывается назад до горизонтального положения
2.6.3	Регулируемый подголовник и подлокотники
2.6.4	Подножка с платформой, регулируемая
2.7	Требования к стулу врача
2.7.1	Регулируемая высота сиденья

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора