

БелМТ №100/26
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол-во, шт.
1	Вентрикулярный катетер	25
2	Перитонеальный катетер	25
3	Клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой)	20
4	Антисифонное устройство	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Наименование оборудования		Технические параметры
1.1	Вентрикулярный катетер	Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,0-2,7 мм. В комплекте должен быть стилет.
2.1	Перитонеальный катетер	Перитонеальный катетер не менее 90 см в длину, внешний диаметр 2,1-2,7 мм.
3.1	Клапан ликворного	Имплантируемый не во фрезевое отверстие
3.2	давления с резервуаром	Высота клапана не более 7,5 мм. с промывочной камерой
3.3	(промывочной камерой)	Рабочее давление клапана не менее 100-110 мм. водного столба (+/- 20мм.)

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

БелМТ №100/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол-во, шт.
1	Вентрикулярный катетер, импрегнированный антибиотиком	40
2	Перитонеальный катетер, импрегнированный антибиотиком	40
3	Программируемый клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой)	30
4	Антисифонное устройство	30
5	Устройство для неинвазивного программирования шунта	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Наименование оборудования		Технические параметры
1.1	Вентрикулярный катетер	Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,0-2,7 мм. В комплекте должен быть стилет.
1.2		Импрегнированный антибиотиком
2.1	Перитонеальный катетер	Перитонеальный катетер не менее 90 см в длину, внешний диаметр 2,1-2,7 мм.
2.2		Импрегнированный антибиотиком
3.1	Программируемый клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой)	Имплантируемый не во фрезевое отверстие
3.2		Высота клапана не более 7,5 мм с промывочной камерой
3.3		Наличие промывочной камеры обязательно.
3.3		Должен иметь верхнюю границу диапазона изменяемых давлений 190 мм H ₂ O (+/- 30 мм)
3.4		Должен иметь возможность настройки не менее 5 уровней давления

4	Устройство для неинвазивного программирования шунта*	Устройство для неинвазивного программирования шунта должно позволять изменять настройку давления программируемого клапана не менее чем в 5 диапазонах
---	--	---

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) не требуется к предложению участникам предлагающим продукцию Medtronic Inc., США и Sophysa, Франция, программаторы которых имеются на балансе учреждений здравоохранения и подходят для программирования поставляемых клапанов.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол-во, шт.
1	Вентрикулярный катетер	40
2	Перитонеальный катетер	40
3	Программируемый клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой);	30
4	Антисифонное устройство	30
5	Устройство для неинвазивного программирования шунта*	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Наименование оборудования	Технические параметры
1.1 Вентрикулярный катетер	Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,0-2,7 мм. В комплекте должен быть стилет.
2.1 Перитонеальный катетер	Перитонеальный катетер не менее 90 см в длину, внешний диаметр 2,1-2,7 мм.
3.1 Программируемый клапан	Имплантируемый не во фрезевое отверстие
3.2 ликворного давления с	Высота клапана не более 7,5 мм с промывочной камерой
3.3 резервуаром (промывочной камерой)	Должен иметь верхнюю границу диапазона изменяемых давлений 190 мм H ₂ O (+/- 30 мм)
3.4	Должен иметь возможность настройки не менее 5 уровней давления
3.5	Возможность выполнения МРТ обследования пациентам с имплантированным клапаном

4	Устройство для неинвазивного программирования шунта*	Устройство для неинвазивного программирования шунта должно позволять изменять настройку давления программируемого клапана не менее чем в 5 диапазонах
---	--	---

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) не требуется к предложению участникам предлагающим продукцию Medtronic Inc., США и Sophysa, Франция, программаторы которых имеются на балансе учреждений здравоохранения и подходят для программирования поставляемых клапанов.

БелМТ №100/26

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол-во, шт.
1	Вентрикулярный катетер	35
2	Коннектор двухвыводной	30
3	Трансформируемый резервуар не более 8 мм.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Наименование оборудования		Технические параметры
1.1	Вентрикулярный катетер	Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,0-2,7 мм. В комплекте должен быть стилет.
2.1	Коннектор двухвыводной	Коннектор должен быть не из стали. Наружный диаметр не более 2,0 мм
3.1	«Трансформируемый» резервуар	Резервуар должен быть защищённым от протекания при многократных пункциях, от него должен отходить силиконовый катетер позволяющий соединить его с шунтом
3.2		Высота профиля не более 8 мм.
3.3		Имплантируемый не во фрезевое отверстие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол-во, шт.
1	Вентрикулярный катетер	10
2	Перитонеальный катетер	10
3	Клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой)	10
4	Троакар для подкожного проведения перитонеального катетера	10
5	Антисифонное устройство	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Наименование оборудования		Технические параметры
1.1	Вентрикулярный катетер	Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,0-2, мм. В комплекте должен быть стилет.
2.1	Перитонеальный катетер	Перитонеальный катетер не менее 90 см в длину, внешний диаметр 2,0-2,3 мм.
3.1	Клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой)	Имплантируемый не во фрезевое отверстие
3.2		Высота клапана не более 6 мм. Длина не более 22мм.
3.3		Рабочее давление клапана не менее 100-110 мм. водного столба (+/- 20мм.)
3.4		Наличие промывочной камеры обязательно.
4	Троакар для подкожного проведения перитонеального катетера	Длина не более 45 см.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

БелМТ №100/26

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол-во, шт.
1	Коннектор двухвыводной	50
2	Коннектор трехвыводной	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Наименование оборудования		Технические параметры
2.1.1	Коннектор двухвыводной	Коннектор должен быть не из стали.
2.1.2.		наружный диаметр не более 2,0 мм
2.2.1	Коннектор трехвыводной	Коннектор должен быть не из стали типа «папа-папа».
2.2.2		наружный диаметр не более 2,0 мм, длина не более 30мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №100/26

лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол-во, шт.
1	Люмбальный катетер	31
2	Игла Туохи	31
3	Перитонеальный катетер	31
4	Программируемый клапан	31
5	Устройство для неинвазивного программирования шунта	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Наименование оборудования	Технические параметры
---------------------------	-----------------------

1.1	Люмбальный катетер	с	Длина не менее 50 см, внешний диаметр – не более 1,7 мм, внутренний диаметр – не более 0,8 мм
1.2	проводником	и	С перфорированной концевой частью
1.3	комплектующими		Наличие проводника или направляющей для катетера.
2.1	Игла Туохи		Диаметр не менее 14G, длина не менее 8 см.
3.1	Перитонеальный катетер		Стандартный перитонеальный катетер должен быть длиной не менее 65 см, с диаметром наружным 2,1-2,7 мм.
4.1	Клапан ликворного давления		Наличие промывочной камеры или резервуара для предварительного наполнения.
4.2			Должен иметь возможность настройки не менее 5 уровней давления
4.3			Возможность выполнения МРТ обследования пациентам с имплантированным клапаном.
5.1.	Устройство для неинвазивного программирования шунта*		Устройство для неинвазивного программирования шунта должно позволять изменять настройку давления программируемого клапана не менее чем в 5 диапазонах

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) не требуется к предложению участникам предлагающим продукцию Medtronic Inc., США и Sophysa, Франция, программаторы которых имеются на балансе учреждений здравоохранения и подходят для программирования поставляемых клапанов.

БелМТ №100/26
лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол- во, шт.
1	Вентрикулярный катетер	239

2	Перитонеальный катетер	239
3	Программируемый клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой);	199
4	Антисифонное устройство	199
5	Троакар для подкожного проведения перитонеального катетера	199
6	Устройство для неинвазивного программирования шунта*	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Наименование оборудования		Технические параметры
1.1	Вентрикулярный катетер	Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,0-2,9 мм. В комплекте должен быть стилет.
2.1	Перитонеальный катетер	Перитонеальный катетер не менее 90 см в длину, внешний диаметр 2,0-2,7 мм.
3.1	Программируемый клапан	Имплантируемый не во фрезевое отверстие
3.2	ликворного давления с	Должен иметь верхнюю границу диапазона изменяемых давлений 190 мм H ₂ O (+/- 30ммH ₂ O).
3.3	резервуаром (промывочной камерой);	Должен иметь возможность настройки не менее 5 уровней давления
3.4		Возможность выполнения МРТ обследования пациентам с имплантированным клапаном.
4.	Троакар для проведения перитонеального катетера	Длина не менее 55 см
5.	Устройство для неинвазивного программирования шунта*	Устройство для неинвазивного программирования шунта должно позволять изменять настройку давления программируемого клапана не менее чем в 5 диапазонах

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) не требуется к предложению участникам предлагающим продукцию Medtronic Inc., США и Sophysa, Франция, программаторы которых имеются на балансе учреждений здравоохранения и подходят для программирования поставляемых клапанов.

БелМТ №100/26

лот 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол-во, шт.
1	«Трансформируемый» резервуар	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1.1	«Трансформируемый» резервуар	Резервуар должен быть защищённым от протекания при многократных пункциях,
1.2		От резервуара должен отходить силиконовый катетер позволяющий соединить его с шунтом
1.3		Диаметр 10-20мм
1.4		Высота профиля не более 10 мм.
1.5		В комплект должен входить вентрикулярный катетер.
1.6		Вентрикулярный катетер не менее 15 см в длину
1.7		Вентрикулярный катетер: внешний диаметр 2,2-2,7мм.

1.8*	Имплантируемый не во фрезевое отверстие
------	---

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

БелМТ №100/26

лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование:	Кол-во, шт.
1	Кардиальный катетер	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1.1	Кардиальный катетер	Длина катетера не менее 50 см.
1.2		Внутренний диаметр 0,9-1,3 мм, внешний диаметр 2,0-2,5 мм.
1.3		R-контрастный.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.