

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Интраокулярная линза заднекамерная модель D (или аналог)	штука	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Тип линзы : двояковыпуклая

2.2. Оптический элемент - стекло органическое высокочистое (полиметилметакрилат, РММА)

2.3. Оптическая сила не менее от+10.0 до +34.0 дптр с шагом 0,5 дптр

2.4. Диаметр линзы - 5,0 мм

2.5. Общий диаметр – 12,0 мм

2.6. Гаптика – моноволокно из полиметилметакрилата

2.7. Угол наклона гаптики 7°

2.8. Толщина гаптических элементов 0,15 мм

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.Срок годности согласно аукционных документов организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Линза интраокулярная заднекамерная Т26 (или аналог)	штука	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Тип линзы : двояковыпуклая

2.2. Оптический элемент - стекло органическое высокочистое (полиметилметакрилат, РММА)

2.3. Оптическая сила не менее от+10.0 до +34.0 дптр с шагом 0,5 дптр

2.4. Диаметр линзы - 5,0 мм

2.5. Общий диаметр – 11,0 мм

2.6. Гаптика – мононить хирургическая полипропиленовая

2.7. Угол наклона гаптики 10°

2.8. Толщина гаптических элементов 0,12-0,13 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.Срок годности согласно аукционных документов организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Упаковка-кассета с трубками, герметичная, с сенсорами вакуума и ирригации, в комплекте с У/З наконечником и ирригационными рукавами для микроаксиального фако через разрезы 2,2 – 2,4 мм	штука	240

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.Закрытая, неразборная система кассеты с датчиками давления и ирригации, обеспечивающая контроль и поддержание физиологического значения внутриглазного давления на любом этапе операции. Комплект должен быть стерилен и готов к немедленному использованию.

2.2.Кассета должна быть укомплектована У/З наконечником (минимум 1 шт. в каждой кассете) для факэмульсификации, срез отверстия 30 градусов, изогнутый дизайн «Balanced», диаметр = 0.9 мм.

2.3.Кассета должна быть укомплектована ирригационными патрубками для микроаксиального фако через разрезы 2,2 – 2,4 мм.

2.4. Полная совместимость с ранее приобретенной системой офтальмологической хирургической CENTURION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Витректор для передней витректомии	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Совместимость с ирригацией и аспирацией, максимальная частота резов не менее 4000 резов/мин, калибр 23 Ga;

2.2. Полная совместимость с ранее приобретенной системой офтальмологической хирургической CENTURION

2.3. Одноразовый, стерильный, готов к немедленному использованию

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №340/26

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Раствор ирригационный офтальмологический сбалансированный	штука	1920

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.Раствор ирригационный офтальмологический в пластиковом пакете 500 мл для калибровки, настройки и работы системы контроля внутриглазного давления

2.2.Полная совместимость с ранее приобретенной системой офтальмологической хирургической CENTURION

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №340/26

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ультразвуковая рукоятка для факоэмульсификации CENTURION	штука	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.3.Технические характеристики : материал - титан.

2.4.Полная совместимость с ранее приобретенной системой офтальмологической хирургической CENTURION

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов