

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав 1-го комплекта оборудования

№	Наименование	Кол-во
1.1	Небулайзер со встроенным компрессором и аккумуляторной батареей	1 шт.
1.2	Сменные фильтры	5 шт.
1.3	Маска взрослая	1 шт.
1.4	Маска детская	1 шт.
1.5	Мундштук	1 шт.
1.6	Насадка для носа	1 шт.
1.7	Соединительный шланг	1 шт.
1.8	Зарядное устройство (может быть встроенным)	1 шт.
1.9	Транспортно – эксплуатационная сумка	1 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 Питание прибора от аккумулятора и электрической сети 220В
- 2.2 Диапазон рабочей температуры не уже чем от +10°C до +40°C.
- 2.3 Емкость камеры небулайзера не менее 2 мл и не более 12 мл.
- 2.4 Размер распыляемых частиц не более 7 мкм.
- 2.5 Расход лекарственного препарата в пределах не менее 0,15 мл/мин и не более 0,7 мл/мин

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Согласно аукционных документов.