

Лоты 1-12.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Катетер питающий

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.предназначен для энтерального питания и введения лекарственных средств

2.2.магкий закругленный кончик обеспечивает атравматичность процедуры введения катетера

2.3.специально обработанная поверхность избавленная от необходимости применения смазывающих средств

2.4.особое расположение боковых отверстий снижает риск развития «демпинг»-синдрома

2.5.просвет не перекрывается при скручивании

2.6.коннектор с герметично закрывающейся пробкой (выдерживает многократное открытие-закрытие) препятствует вытеканию жидкости

2.7.коннектор адаптирован к применению с автоматическими дозирующими устройствами

2.8.с рентгеноконтрастной полосой и маркировкой трубки

2.9.наружный диаметр D. СН от 4 до 16

2.10.цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами

2.11.длина L. 40-125 мм

2.12. трубка с РКП

2.13.изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного медицинского ПВХ, не содержит фталатов

2.14.Изделия должны быть стерильными

2.15.Индивидуальная упаковка

2.16.однократного применения

Лоты 13-25,

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Катетер педиатрический полиуретановый для пупочной вены

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.предназначен для катетеризации пупочных сосудов, может использоваться в обменных переливаниях крови, для измерения артериального давления и забора крови

2.2. изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного медицинского ПВХ

2.3.имеет маркировку и рентгеноконтрастную полосу на боковой поверхности

2.4.должен иметь закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием

2.5. длина катетера не менее 400мм

2.6.изделия должны быть стерильными

2.7.индивидуальная упаковка

2.8.однократного применения

Главный внештатный специалист
по анестезиологии и реанимации



В.В. Гоменюк