

Лот 1. Протез сосудистый бифуркационный**1. Состав (комплектация):**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Протез сосудистый бифуркационный диаметром 12 мм, бранши – 6/6 мм, длиной 45-50 см	шт.	5 +
2	Протез сосудистый бифуркационный диаметром 14 мм, бранши – 7/7 мм, длиной 45-50 см	шт.	10 +
3	Протез сосудистый бифуркационный диаметром 16 мм, бранши – 8/8 мм, длиной 45-50 см	шт.	15 +
4	Протез сосудистый бифуркационный диаметром 18 мм, бранши – 9/9 мм, длиной 45-50 см	шт.	22 +
5	Протез сосудистый бифуркационный диаметром 20 мм, бранши – 10/10 мм, длиной 45-50 см	шт.	15 +
6	Протез сосудистый бифуркационный диаметром 22 мм, бранши – 11/11 мм, длиной 45-50 см	шт.	10 +
7	Протез сосудистый бифуркационный диаметром 24 мм, бранши – 12/12 мм, длиной 45-50 см	шт.	5 +

2. Технические характеристики:

- 2.1. Порозность нулевая (кровенепроницаемы).
- 2.2. Не требуют предварительной обработки перед имплантацией.
- 2.3. Пропитаны водонепроницаемым, биосовместимым, апиrogenным веществом.
- 2.4. Длительная низкая тромбогенность, отсутствие иммунологической и тканевой реакции, высокая химическая стойкость, отсутствие деструкции при пребывании в организме и хранении.
- 2.5. Не требует специального шовного материала.
- 2.6. Устойчивы к дилатации.
- 2.7. Наличие продольных направляющих линий для точного позиционирования.
- 2.8. Протез должен быть стерильным, индивидуально упакованным.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Наличие документов, разрешающих серийный выпуск указанных изделий (регистрационные удостоверения МЗ РБ, лицензия МЗ РБ, сертификаты страны производителя, CE – европейский сертификат соответствия по безопасности);
- 3.2. Срок годности расходных материалов должен составлять 36 месяцев (поставка товара со сроком годности не менее 80% от общего срока годности, указанного на этикетках заводом-изготовителем).
- 3.3. Стерильность, апиrogenность, для однократного применения.

Лот 2. Протез сосудистый линейный**1. Состав (комплектация):**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Протез сосудистый линейный диаметром 8 мм, длиной 30 см	шт.	10 +
3	Протез сосудистый линейный диаметром 10 мм, длиной 30 см	шт.	10 +
4	Протез сосудистый линейный диаметром 12 мм, длиной 30 см	шт.	3 +
5	Протез сосудистый линейный диаметром 14 мм, длиной 30 см	шт.	3 +

6	Протез сосудистый линейный диаметром 16 мм, длиной 30 см	шт.	5	+
7	Протез сосудистый линейный диаметром 18 мм, длиной 30 см	шт.	10	+
8	Протез сосудистый линейный диаметром 20 мм, длиной 30 см	шт.	10	+
9	Протез сосудистый линейный диаметром 22 мм, длиной 30 см	шт.	5	+
10	Протез сосудистый линейный диаметром 24 мм, длиной 30 см	шт.	5	+

2. Технические характеристики:

2.1. Порозность нулевая (кровенепроницаемы).

2.2. Не требуют предварительной обработки перед имплантацией.

2.3. Пропитаны водонепроницаемым, биосовместимым, апиногенным веществом.

2.4. Длительная низкая тромбогенность, отсутствие иммунологической и тканевой реакции, высокая химическая стойкость, отсутствие деструкции при пребывании в организме и хранении.

2.5. Не требует специального шовного материала.

2.6. Устойчивы к дилатации.

2.7. Наличие продольных направляющих линий для точного позиционирования.

2.8. Протез должен быть стерильным, индивидуально упакованным.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Наличие документов, разрешающих серийный выпуск указанных изделий (регистрационные удостоверения МЗ РБ, лицензия МЗ РБ, сертификаты страны производителя, СЕ – европейский сертификат соответствия по безопасности);

3.2. Срок годности расходных материалов должен составлять 36 месяцев (поставка товара со сроком годности не менее 80% от общего срока годности, указанного на этикетках заводом-изготовителем).

3.3. Стерильность, апиногенность, для одноразового применения.

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист ГУЗО
Брестского ОИК по сосудистой хирургии
14.04.2026 г.



В.Н. Засимович