

Технические характеристики (описание)
Посуда лабораторная из стекла и прочих материалов
для организаций здравоохранения Гомельской области

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав (комплектация) ИМН	Технические характеристики	Количество
2	Пробирка стеклянная	В упаковке не более 500 штук	1) наружный диаметр 12+/-1мм; 2) высота 120+/-5,0 мм	1 500 штук
3	Пробирка стеклянная	В упаковке не более 500 штук	1) наружный диаметр 14+/-1мм; 2) высота 120+/-5,0 мм	35 000 штук
4	Пробирка стеклянная	В упаковке не более 500 штук	1) наружный диаметр 16+/-1мм; 2) высота 120+/-5,0 мм	13 000 штук
5	Пробирка стеклянная	В упаковке не более 500 штук	1) наружный диаметр 16+/-1мм; 2) высота 150+/-5,0 мм	26 000 штук
6	Пробирка центрифужная коническая градуированная (стеклянная)	В упаковке не более 100 штук	1) объем 10 мл; 2) цена деления 0,2 мл; 3) для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им	38 200 штук
7	Пробирка центрифужная коническая неградуированная (стеклянная)	В упаковке не более 500 штук	1) объем 10 мл; 2) для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им	162 000 штук
15	Стекло предметное декорированное		1) размеры: 26×76+/-1,0 мм; 2) от 3-10 лунок; 3) со шлифованными краями; 4) толщина 1,0+/-0,2мм	2 000 штук
16	Стекло предметное	В упаковке не более 100 штук	1) со шлифованными краями, 2) размер 26×76+/-1 мм, 3) толщина 2,0+/-0,2мм	158 200 штук

2. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

2.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

2.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».