

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во к закупке
1	Автоматизированная система для окраски препаратов высокой производительности	комплект	1
2	Дополнительные корзины для предметных стёкол	Шт.	5
3	Дополнительные съёмные резервуары для реагентов с крышками	Шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки.

№ пп	Наименование
1	Система должна быть предназначена для автоматизированной окраски гистологических и цитологических образцов
2	Конструкция автоматизированной системы должна позволять одновременное выполнение не менее 4 различных программ окраски
3	Автоматизированная система должна содержать в своей конструкции не менее 30 резервуаров для реактивов с крышками для защиты от испарений
4	В состав системы должны входить не менее 4 станций активной промывки
5	Количество станций загрузки не менее 3
6	Количество станций выгрузки не менее 3

7	В конструкции должны быть предусмотрены не менее 2 станций сушки с поддонами для парафина
8	Емкость корзины для предметных стекол не менее 30 стекол
9	Корзины для предметных стекол должны быть изготовлены из металла, устойчивого к органическим и неорганическим растворителям: (оксидол, спирт этиловый, изопропиловый, щелочи и др. гистологические реагенты и красители).
10	Работа от сети 220-240В 50-60Гц., встроенный или независимый стабилизатор напряжения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента инсталляции оборудования.