

БелМТ №433/26

лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (лот 1).**

1. Состав оборудования

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Тренажер для верхних/нижних конечностей с двойной тягой	2

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Прим.
2.1	Точная регулировка веса	наличие	
2.2	Два шкива, две рукоятки	могут работать одновременно или независимо	
2.3	Длина вытяжения троса	одиночное: от 100 до 2000 мм с шагом 50 ± 2 мм, двойное: от 50 до 1000 мм с шагом 50 ± 2 мм	
2.4	Дисплей	отображает количество повторов, общее количество повторов, калории и время выполнения упражнения.	
2.5	Фиксатор выбора высоты	позволяет закреплять рукоятки на нужной высоте	

2.6	Габариты	Не более 1050±5 (Д) x 900±5 (Ш) x 2170±5 (В) мм.	
2.7	Масса	Не более 80кг.	
2.8	Увеличение веса на 0.5 кг грузом, в диапазоне от 1 кг до 10 кг	наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора.