

Состав и технические требования.

Лот №1 Комплект направляющих катетеров для доставки инструмента к брахиоцефальным сосудам.

Лот №2 Комплект направляющих катетеров для доставки инструмента к брахиоцефальным сосудам.

Лот №3 Комплект направляющих катетеров для доставки инструмента к брахиоцефальным сосудам.

Лот №4 Катетеры направляющие для нейронтервенций.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
4.1	Катетеры направляющие для нейронтервенций типа «Straight»	7F, внутренний диаметр не менее 0.081", 100-110см	5	0	30	50	50	135
4.2	Катетеры направляющие для нейронтервенций типа «Straight»	8F, внутренний диаметр не менее 0.090", 100-110см	5	0	200	200	300	705
			10	0	230	250	350	840
Технические требования: 1. Наличие рентген-контрастной метки на кончике. 2. Наличие на дистальном конце гидрофильного покрытия, для облегчения прохождения по извитым сосудам. 3. Наличие дилататора, совместимого с направляющим катетером, в комплекте. Примечание: - При наличии у производителя катетеров различной длины, попадающих в требуемый диапазон длин – подавать к участию наибольшее значение длины катетера.								

Лот №5 Катетеры направляющие для нейронтервенций.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
5.1	Катетеры направляющие для нейронтервенций типа «Straight»	6F, внутренний диаметр не менее 0.071", 100-110см	5	0	20	20	20	65
			5	0	20	20	20	65
Технические требования: 1. Наличие рентген-контрастной метки на кончике. 2. Наличие на дистальном конце гидрофильного покрытия, для облегчения прохождения по извитым сосудам. 3. Наличие дилататора, совместимого с направляющим катетером, в комплекте. Примечание: - При наличии у производителя катетеров различной длины, попадающих в требуемый диапазон длин – подавать к участию наибольшее значение длины катетера.								

Лот №6 Катетеры, направляющие, дистального доступа, для нейронтервенций.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
6.1	Катетер, направляющий, дистального доступа для нейронтервенций	4.2F, внутренний диаметр не более 0.043" длиной 120-130см, тип кончика-прямой	0	0	50	50	50	150

- При наличии у производителя катетеров различной длины, попадающих в требуемый диапазон длин – подавать к участию наибольшее значение длины катетера.

Лот №9 Стент нитиноловый, самораскрывающийся, предназначенный для установки в сонные артерии.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
9.1	Стент нитиноловый, самораскрывающийся.	6.0 мм x 30.0 мм	0	10	10	10	10	40
9.2	-«-	7.0 мм x 30.0 мм	0	10	20	10	20	60
9.3	-«-	8.0 мм x 30.0 мм	0	10	20	10	20	60
9.4	-«-	9.0 мм x 30.0 мм	0	5	10	10	10	35
9.5	-«-	10.0 мм x 30.0 мм	0	5	10	10	10	35
9.6	-«-	6.0 мм x 40.0 мм	0	0	10	10	10	30
9.7	-«-	7.0 мм x 40.0 мм	0	5	30	30	30	95
9.8	-«-	8.0 мм x 40.0 мм	0	15	10	40	40	105
9.9	-«-	9.0 мм x 40.0 мм	0	15	40	40	10	105
9.10	-«-	10.0 мм x 40.0мм	0	10	10	20	10	50
			0	85	170	190	170	615

Технические требования:

1. Конструкция стента: однослойный, на системе доставки.
2. Система доставки – катетер длиной 130-150 см, совместимый с проводником диаметром 0.014" и направляющим катетером не более 8F.

Лот №10 Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двухслойные.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
10.1	Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся, двухслойный	Номинальный диаметр 6 мм, длина двухслойной части стента 30мм.	0	5	10	10	10	35
10.2	-«-	Номинальный диаметр 7 мм, длина двухслойной части стента 30мм.	0	10	10	10	10	40
10.3	-«-	Номинальный диаметр 8 мм, длина двухслойной части стента 30мм.	0	10	20	20	20	70
10.4	-«-	Номинальный диаметр 9 мм, длина двухслойной части стента 30мм.	0	5	20	20	20	65
10.5	-«-	Номинальный диаметр 10 мм, длина двухслойной части стента 30мм.	0	0	10	10	10	30
10.6	-«-	Номинальный диаметр 8 мм, длина двухслойной части стента 40мм.	0	5	20	20	20	65

	0	35	90	90	90	305
Технические требования: 1. Конструкция стента: стент должен иметь двуслойную плетеную структуру из нитиноловых волокон с ячейкой до 450мкм, на системе доставки 2. Возможность репозиционирования (обратного извлечения в систему доставки) стента при раскрытии до 50%. 3. Наличие рентген-контрастных маркеров по краям стента. Примечание: - По длине стента допускается отклонение ± 3 мм от указанной в техническом задании.						

Лот №11 Стент каротидный саморасширяющийся с сетчатым покрытием.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
11.1	Стент каротидный саморасширяющийся с сетчатым покрытием	7.0 мм x 30.0 мм	0	5	10	10	10	35
11.2	-«-	8.0 мм x 30.0 мм	0	10	10	10	10	40
11.3	-«-	9.0 мм x 30.0 мм	0	10	30	10	10	60
11.4	-«-	10.0 мм x 30.0 мм	0	5	10	10	10	35
11.5	-«-	7.0 мм x 40.0 мм	0	5	20	20	20	65
11.6	-«-	8.0 мм x 40.0 мм	0	10	20	30	20	80
11.7	-«-	9.0 мм x 40.0 мм	0	10	30	30	10	80
11.8	-«-	10.0 мм x 40.0 мм	0	5	10	20	10	45
			0	60	140	140	100	440
Технические требования: 1. Конструкция стента: стент с открытым дизайном ячейки должен иметь двуслойную структуру из нитиноловых волокон (внутри), и защитного рукава из полиэтилентерефталата (снаружи) с ячейкой до 180мкм, на системе доставки. 2. Наличие рентген-контрастных маркеров по краям стента.								

Лот №12 Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся конические с дополнительной фиксацией.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
12.1	Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся конические, с дополнительной фиксацией	6.0/8.0 x 30 мм	0	5	10	10	10	35
12.2	-«-	6.0/8.0 x 40 мм	0	5	10	15	10	40
12.3	-«-	7.0/9.0 x 30 мм	0	10	15	10	15	50
12.4	-«-	7.0/9.0 x 40 мм	0	10	15	15	15	55
12.5	-«-	8.0/10.0 x 30 мм	0	5	10	10	10	35
12.6	-«-	8.0/10.0 x 40 мм	0	5	10	15	10	40
			0	40	70	75	70	255

Технические требования:

1. Саморасширяющийся однослойный нитиновый стент с закрытой ячейкой, конической формы.
2. Система доставки – катетер длиной 130-150см, совместимый с проводником диаметром 0.014" и направляющим катетером до 8F.
3. На проксимальном и дистальном концах стента должны быть предусмотрены расширяющиеся сегменты, обеспечивающие дополнительную стабильность после имплантации.

Лот №13 Системы дистальной защиты сосудистого русла от эмболии.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
13.1	Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии	Диаметр сосуда 2.5-4.8мм	0	50	50	50	5	155
13.2	-«-»	Диаметр сосуда 4.0-7.0мм	0	150	400	350	450	1350
			0	200	450	400	455	1505

Технические требования:

1. Возможность вращения и перемещения фильтра (корзиночного типа) по проводнику.
2. Длина проводника системы – 180 – 190 см.
3. Диаметр системы доставки не более 6F.

Лот №14 Системы дистальной защиты сосудистого русла от эмболии.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
14.1	Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии	Диаметр сосуда 3.5-4.5 мм	0	0	50	50	0	100
			0	0	50	50	0	100

Технические требования:

1. Совместимость крепления дискретного фильтра (корзиночного типа) с любым проводником 0,014" по типу RX (Rapid Exchange).
2. Длина системы доставки корзины – 160 – 190см.
3. Наличие рентген-контрастных маркеров на корзине.

Примечание:

- При наличии у производителя устройства различного диаметра подающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение размера.

Лот №15 Системы дистальной защиты сосудистого русла от эмболии.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
15.1	Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии	Диаметр сосуда 4.5-6.5 мм	0	30	50	50	50	180

Лот №18 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиполовые плетеные низкопрофильные.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
18.1	Стент церебральный самораскрывающийся нитиполовый плетеный низкопрофильный	диаметр 3.0-3.5мм длина 15.0-19.0мм	0	0	5	5	5	15
18.2	-«-	диаметр 3.0-3.5мм длина 20.0-25.0мм	0	0	5	5	5	15
			0	0	10	10	10	30
Технические требования: 1. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80% 2. Наличие рентген-контрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 3. Наличие в комплекте совместимого низкопрофильного церебрального микрокатетера доставки с внутренним диаметром не более 0,017" с прямым кончиком Примечание: - При наличии у производителя стентов различной длины и диаметра попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение.								

Лот №19 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые плетеные низкопрофильные.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
19.1	Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный	диаметр 4.0 мм длина 15.0-19.0мм	0	0	10	5	10	25
19.2	-«-	диаметром 4.0 мм длина 20.0-25.0мм	0	0	10	5	10	25
19.3	-«-	диаметром 4.0 мм длина 26.0-30.0мм	0	0	10	5	10	25
			0	0	30	15	30	75
Технические требования: 1. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80%. 2. Наличие рентген-контрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда. 3. Наличие в комплекте совместимого низкопрофильного церебрального микрокатетера доставки с внутренним диаметром не более 0,017" с прямым кончиком. Примечание: - При наличии у производителя стентов различной длины и диаметра попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение размера стента.								

4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом не более 0,029" с прямым кончиком

Примечание:

- При наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента.

Лот №22 Стенты церебральные самораскрывающиеся перенаправляющие поток (однослойные).

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
22.1	Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный).	Диаметр 5.5 мм длина 20.0 – 25.0мм	0	0	5	5	5	15
22.2	-«-	Диаметр 5.5 мм длина 30.0 – 40.0мм	0	0	5	5	5	15
			0	0	10	10	10	30

Технические требования:

1. Стент должен иметь плотное однослойное плетение (не менее 48 нитей)
2. Возможность репозиционирования при раскрытии не менее 50%.
3. Наличие рентген-контрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда
4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом не более 0,029" с прямым кончиком

Примечание:

- При наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента.

Лот №23 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые, перенаправляющие поток, (однослойные, репозиционируемые).

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
23.1	Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток, (однослойный, репозиционируемый).	Диаметр 3.5мм длина 16.0-20.0мм	0	0	3	3	3	9
23.2	-«-	Диаметр 3.5мм длина 20.0-23.0мм	0	0	3	3	3	9
23.3	-«-	Диаметр 4.0мм длина 16.0-20.0мм	0	0	3	3	3	9
23.4	-«-	Диаметр 4.0мм длина 24.0-26.0мм	0	0	3	3	3	9
23.5	-«-	Диаметр 4.5мм длина 16.0-20.0мм	0	0	3	3	3	9

23.6	-«-	Диаметр 4.5мм длина 24.0-26.0мм	0	0	3	3	3	9
23.7	-«-	Диаметр 4.5мм длина 25.0-30.0мм	0	0	3	3	3	9
23.8	-«-	Диаметр 5.0мм длина 25.0-28.0мм	0	0	3	3	3	9
			0	0	24	24	24	72

Технические требования:

1. Стент должен иметь плотное однослойное плетение (не менее 64 нитей).
2. Возможность репозиционирования при раскрытии 80-100%.
3. Наличие рентген-контрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда.
4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и прямым кончиком.

Примечание:

-При наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента.

Лот №24 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые, перенаправляющие поток (двухслойные).								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
24.1	Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток (двухслойный).	Диаметр 4.0мм длина 17.0-23.0мм	0	0	5	3	5	13
24.2	-«-	Диаметр 4.5мм длина 18.0-25.0мм	0	0	5	3	5	13
24.3	-«-	Диаметр 5.0мм длина 14.0-21.0мм	0	0	5	3	5	13
24.4	-«-	Диаметр 5.0мм длина 19.0-26.0мм	0	0	5	3	5	13
24.5	-«-	Диаметр 5.5мм длина 14.0-22.0мм	0	0	5	3	5	13
24.6	-«-	Диаметр 5.5мм длина 26.0-32.0мм	0	0	5	3	5	13
			0	0	30	18	30	78

Технические требования:

1. Стент должен иметь специальную двухслойную структуру: наружный слой из не менее 16 плетеных нитей с целью обеспечения радиального усилия; внутренний слой из не менее 48 плетеных нитей с целью обеспечения перенаправления потока крови.
2. Возможность репозиционирования при раскрытии до 50%.
3. Наличие рентген-контрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда.
4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом 0,027" с прямым кончиком.

Примечание:

- При наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента.

Лот №25 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые, перенаправляющие поток низкопрофильные.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
25.1	Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток низкопрофильный	Диаметр 2.0-2.5мм длина 15.0-20.0мм	0	0	3	3	3	9
25.2	-«-	Диаметр 3.0мм длина 17.0-22.0мм	0	0	3	3	3	9
			0	0	6	6	6	18

Технические требования:

1. Стент должен иметь плотное плетение из не менее 48 нитей, длина которого определяет модель стента.
2. Возможность репозиционирования при раскрытии до 50%.
3. Наличие рентген-контрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда.
4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом 0,021" с прямым кончиком.

Примечание:

- При наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам.