

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Шприцы ангиографические типа Luer-Lock 15-20мл.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Шприц ангиографический	шт.	1350

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

№ п/п	Наименование	Технические характеристики
2.1	Шприц ангиографический	1. наличие соединения типа Luer-lock 2. наличие 3 упорных колец 3. расположение канюли – центральное 4. объем 15-20 мл. 5. индивидуальная стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности (стерильности) согласно аукционным документам.