

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат для лечения и
диагностики косоглазия
(синоптофор)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот №1: Аппарат для лечения и диагностики косоглазия (Синоптофор)

1. Состав медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Аппарат для лечения и диагностики косоглазия (Синоптофор)	шт.	1
1.2	Парные объекты	шт.	40
1.3	Блок питания	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Диапазон показаний шкалы горизонтальных углов (с ценой деления 1°)	От 0° до 45°
2.2.	Диапазон показаний шкалы вертикальных углов (с ценой деления 1°)	От 0° до ±10°
2.3	Отклонения показаний по шкалам, не более: - для горизонтальных углов - для вертикальных углов	±1° ±2°
2.4	Диапазон показаний шкалы углов поворота (с ценой деления 1°)	От 0° до ±20°
2.5	Цена деления шкала для установки окуляров оптических головок по межзрачковому расстоянию	2 мм
2.6	Угол разворота оптической головки, не менее	±45°
2.7	Угол поворота каждой оптической головки при симметричных разворотах обеих головок в направлении схождения оптических осей окуляров головок, не менее	45°
2.8	Угол поворота каждой оптической головки при симметричных разворотах обеих головок в направлении расхождения оптических осей окуляров головок, не менее	25°
2.9	Угол поворота каждой оптической головки при совместных односторонних разворотах, не менее	±30°

2.10	Поворот объектов относительно оптической оси в обе стороны от нуля, не менее	15°
2.11	Погрешность расстояния между осями окуляров оптических головок, не более	±4 мм
2.12	Частота совместных и отдельных автоматических миганий, и колебаний, с ⁻¹ (Гц)	От 2 до 8
2.13	Панель управления прибором электронная	да
2.14	Держатель головы пациента	регулируемый

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.