

Приложение 1
к заявке на закупку

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав оборудования (комплект)

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Количество
1.	Инструмент механизированный для остеосинтеза: Привод	единиц	1
2.	Лезвия для пиления	шт	9
3.	Батарей аккумуляторные (АБ)	шт	2
4.	Зарядное устройство для АБ	шт	1
5.	Переходник для стерильной замены АБ	шт	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Технические требования
1.	Привод	1.1. Должен быть совместим с аккумуляторной батпреей - напряжение аккумуляторной батареи не менее 14В.
		1.2. Управление двухкнопочное: плавная регулировка скорости вращения в диапазоне от 0 до 3500 об/мин, мгновенная остановка вращения, моментальное включение реверса без предварительной остановки вращения ротора, включения осциллирующего режима вращения с амплитудой 300 градусов.
		1.3. Смена насадок и рабочего инструмента без дополнительных устройств (ключей, зажимов и т. п.).
		1.4. Максимальный вращающий момент с

		насадкой для рассверливания не менее 7,5 Нм.
		1.5.Максимальная скорость вращения привода с насадкой для боров не менее 17500 об/мин.
		1.6.Наличие сквозного канала в приводе диаметром: 3,2 мм.
		1.7.Максимальный вес (с батареей): не более 1 кг. Должен быть укомплектован устройством для замены нестерильного адаптера в приводе во время операции в условиях стерильной операционной и пластиковым корпусом для батареи.
2.	Батарея литий- ионная	2.1..Имеет откидную ручку для загрузки/смены.
		2.2.Напряжение аккумуляторной батареи не менее 14В.
		2.3.Емкость батареи: не менее 1,2 Ач.
		2.4.Тип аккумулятора: нестерилизуемый Li-Ion (литий-ион)
3.	Зарядная станция для зарядки литий-ионных батарей	3.1.Восполняемое напряжение: не менее 26 вольт.
		3.2.Количество заряжаемых батарей одновременно: не менее 4шт.
		3.3.Обязательная световая индикация уровня зарядки адаптеров и наличие системы самодиагностики.
		3.4.Тип заряжаемых аккумуляторные батарей Li-Ion.
		3.5.Имеет встроенную систему проверки работоспособности батареи.
		3.6.Имеет систему микроимпульсного подзаряда, обеспечивающей кратковременный заряд, разряд и проверку

		емкости аккумулятора с целью продления его срока службы.
		3.7.Имеет функцию перезарядки батареи.
		3.8.Имеет встроенную вентиляцию для защиты от перегрева.
4.	Масло для ухода	4.1.Специальное масло, 40 мл для аккумуляторных приводов.
		4.2.Предназначена для обслуживания трущихся частей пневматических и аккумуляторных приводов и насадок .
5.	Лезвия для пиления	5.1.Лезвие для пилы 30 /15 x 10 x 0.4 мм. Материал: нержавеющая сталь.
		5.2.Лезвие для пилы 33 /18 x 4 x 0.4 мм Материал: нержавеющая сталь.
		5.3.Лезвие для пилы 37/22 x 8,0 x 0,4/0,3 мм. Материал: нержавеющая сталь.
		5.4.Лезвие для пилы 37/22 x 12 x 0,4/0,3 мм. Материал: нержавеющая сталь.
		5.5.Лезвие для пилы 42/27 x 10 x 0,6/0,4 мм. Материал: нержавеющая сталь.
		5.6.Лезвие для пилы 42/27 x 14 x 0,6/0,4 мм. Материал: нержавеющая сталь.
		5.7.Лезвие для пилы 65 /50 x 10 x 0.6 мм. Материал: нержавеющая сталь.
		5.8.Лезвие для пилы 65/ 50 x 14 x 0.6 мм.Материал: нержавеющая сталь
		5.9.Лезвие для пилы 65 /50 x 20 x 0.6 мм. Материал: нержавеющая сталь.
6.	стерилизация	газовая/жидкостная

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: гарантийное обслуживание не менее 2-х лет с момента ввода в эксплуатацию.

4.Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию:

- официальный представитель фирмы-производителя должен иметь сервисный центр в РБ;

- поставка запасных частей должна быть возможной не менее 5 лет с момента поставки оборудования.

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

- инструкция по эксплуатации на русском языке.