

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	<u>Аппарат для низкочастотной магнитотерапии</u>	шт.	2

2. Технические требования:

2.1. Напряжение питания, В — 207 – 253

2.2. Потребляемая мощность, ВА, не более — 50

2.3. Частота НЧМП, Гц, в диапазоне — 1-200

2.4. Величина действующего НЧМП на поверхности индуктора, мТл, не более — 50

2.5. Амплитуда импульсного НЧМП на поверхности индуктора, мТл, не более — 150

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

Срок гарантийного обслуживания – не менее 12 месяцев.