

БелМТ №522/26

Разъяснение

наборы для проведения коронарографии должны поставляться одномоментно и иметь единую стерильную упаковку.

Разделение наборов на отдельно взятые компоненты и дальнейшая их поставка россыпью создает риски одновременного поступления в учреждения здравоохранения всех необходимых для проведения коронарографии изделий. В свою очередь, это может создать задержки в проведении вышеотмеченных диагностических исследований, в связи с чем ухудшится качество оказания медицинской помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.