

БелМТ №522/26

лот 1

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Наборы для коронарографии трансфеморальным доступом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Набор для коронарографии трансфеморальным доступом в составе:		наб.	8150
1.1.1	катетер для левой коронарной артерии – 1 шт.	JL4 6F		
1.1.2	катетер для правой коронарной артерии – 1 шт.	JR4 6F		
1.1.3	катетер для вентрикулографии/аортографии – 1 шт.	Pigtail 6F		
1.1.4	интродьюсер для трансфеморального доступа – 1 шт.	6F		
1.1.5	проводник – 1 шт.	Тефлоновое покрытие проводника, стальной сердечник, J тип 3 мм., 0.035-0.038 inch, длина 150-180 см.		
ИТОГО				8150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Кончик катетеров мягкий, атравматичный.

2.2. Максимальное давление не менее 1000 psi.

2.3. Внутренний диаметр диагностического катетера и бужа интродьюсера совместим с проводником из комплекта поставки.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №522/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Наборы для коронарографии трансрадиальным доступом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Набор №1 для коронарографии трансрадиальным доступом в составе:		Наб.	12000
1.1.1	катетер – 1 шт.	универсальный для левой и правой коронарных артерий 5F		
1.1.2	интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с иглой и минипроводником – 1 шт.	с гидрофильным покрытием, 6F, длина 10-15 см.		
1.1.3	проводник – 1 шт.	J тип 3 мм., 0.035 inch – длина не менее 150 см		
1.1.4	устройство для гемостаза лучевой артерии – 1 шт.			
1.2	Набор №2 для коронарографии трансрадиальным доступом в составе:		Наб.	6250
1.2.1	катетер – 1 шт.	универсальный для левой и правой коронарных артерий 5F		

1.2.2	интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с иглой и минипроводником – 1 шт.	с гидрофильным покрытием, 6F, длина 20-25 см.		
1.1.3	проводник – 1 шт.	J тип 3 мм., 0.035 inch – длина не менее 250 см		
1.1.4	устройство для гемостаза лучевой артерии – 1 шт.			
ИТОГО				18250

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Кончик катетера типа "soft tip".

2.2. Максимальное давление не менее 1000 psi.

2.3. Катетер является специализированным универсальным для катетеризации левой и правой артерии доступом через правую лучевую артерию. По форме катетера является аналогом катетера TIG 4.0, BLK 4.0, TRAN 4.0, Ultimate 1 и т.п.*

2.4. Комплектация интродьюсера: металлический минипроводник 0,021-0,025 inch с мягким J и/или прямым кончиком, наличие в комплекте иглы 21 или 22G*.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют соответствие предложения названию, уровень лечебно-диагностических возможностей и класс изделия, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.