

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Комплект расходного материала для выполнения навигационных вмешательств при тахикардиях

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.	Катетер навигационный диагностический мультиэлектродный для картирования сложных нарушений ритма к навигационной системе EnSite X EP System	шт.	10
2.	Катетер навигационный абляционный орошаемый с магнитным датчиком бидирекционный с управляемой кривизной, совместимый с навигационной системой EnSite X EP System 8 F, кривизна D-F (или аналогичная)	шт.	20
3.	Катетер навигационный абляционный орошаемый бидирекционный с управляемой кривизной с датчиком давления, совместимый с навигационной системой EnSite X EP System 8 F, кривизна D-F (или аналогичная)	шт.	10
4.	Катетер навигационный абляционный орошаемый бидирекционный с управляемой кривизной, совместимый с навигационной системой EnSite X EP System 8 F, кривизна D-F (или аналогичная)	шт.	30
5.	Набор трубок для системы орошения к РЧА-генератору Ampere.	шт.	60
5.	Набор референтных патчей для навигационной системы EnSite X EP System	шт.	50
Итого:		шт.	180

2. Показатели (характеристики):

2.1. Для пункта 1:

2.1.1. Количество электродов не менее 16

2.2. Для пункта 2:

2.2.1. Длина дистального электрода 3.5 - 4 мм

2.2.2. Межэлектродное расстояние 1-4-1 мм

2.2.3. Наличие магнитного датчика*

2.3. Для пункта 3.

2.3.1. Длина дистального электрода 3.5 - 4 мм

2.3.2. Функция контроля контакта*

2.4. Для пункта 4

2.4.1. Длина дистального электрода 3.5 - 4 мм

2.4.2. Межэлектродное расстояние 1-4-1 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют наиболее важные характеристики, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений