




**Техническое задание
на закупку услуг по ремонту насосов шприцевых**

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке: услуги по ремонту насосов шприцевых.

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)»

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 1770,00 бел.руб.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новополоцка.

1.5. Объем закупаемых услуг, условия и сроки оплаты:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке услуг	Требования предъявляемые к услугам	Объем услуг	Условия оплаты услуг	Срок оказания услуг
1	Услуги по ремонту насосов шприцевых Приложение № 1	На основании эксплуатационной документацией производителя оборудования необходимо восстановить работоспособность оборудования. В соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78» (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.02.2020 №11)	Лот 1	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	Выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденное постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять услуги по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Не требуется наличие документов настоящего пункта, для выполнения услуг по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;

- в период гарантийного срока ее эксплуатации;

- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

- изъятой в собственность государства;

- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения услуг по ремонту осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.02.2020 №11).

2.2. Запчасти должны быть 100% совместимы с оборудованием, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Выполненные услуги по ремонту оформляются актом выполненных работ.


2.5. По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов.

2.6. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее трех месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.7. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.8. Ремонт оборудования производится по месту нахождения Исполнителя.

Разработал:
Инженер по метрологии



Т.З. Ляхнович

Согласовано:
Начальник отдела по ремонту
оборудования



Е.В. Хромова

Юрисконсульт




Е.Г. Вроцкая

Приложение 1
на закупку услуг по ремонту
насосов шприцевых

Но- мер лота	Наименование оборудования	Тип, марка	Год выпус- ка	Кол- во, шт.	Заво- дской/инверт орный номер	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Насос шприцевой	ДШ-09	2009 - 2017	4	2169, 2161, 4597, 0137032513	Производитель – НП ООО Висма Планар Дефектный акт от 05.06.2026г. от НП ООО Вис- ма Планар

Заказчик:

Учреждение здравоохранения
«Новополоцкая ЦГБ»



Дефектный акт

(страница 1 из 1)

Комиссия в составе: председателя комиссии – главный инженер Варшавер С.В., членов комиссии – главный специалист Сергейчик П.А., слесарь МСР 6 разр. Комаровский В.В., составила настоящий акт о том, что в результате обследования предоставленной Заказчиком медицинской техники, необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ п/п	Обозначение изделия	зав./инв. №	Работы	Примечания
1	ДШ-09	2169 + 2009	Общие работы, чистка, наладка, прогон, проверка параметров	
			Замена аккумуляторной батареи Delta DT 12012	1 шт.
			Замена шлейфа УВх. ВФИТ 685612.006	1 шт.
			Замена шлейфа (датчика оптоэлектронного) ВФИТ 685612.002	1 шт.
			Замена прижима шприца ВФИТ 301535.009	1 шт.
2	ДШ-09	0137032513	Общие работы, чистка, наладка, прогон, проверка параметров	
			Замена шлейфа УВх. ВФИТ 685612.006	1 шт.
			Замена шлейфа (датчика оптоэлектронного) ВФИТ 685612.002	1 шт.
3	ДШ-09	2161 + 2009	Общие работы, чистка, наладка, прогон, проверка параметров	
			Замена аккумуляторной батареи Delta DT 12012	1 шт.
			Замена шлейфа УВх. ВФИТ 685612.006	1 шт.
			Замена шлейфа (датчика оптоэлектронного) ВФИТ 685612.002	1 шт.
			Замена прижима шприца ВФИТ 301535.009	1 шт.
			Замена корпуса ДШ ВФИТ 301116.023	1 шт.
			Замена панели управления ДШ-09 ВФИТ 442412.070	1 шт.
4	ДШ-09	4597 + 2017	Общие работы, чистка, наладка, прогон, проверка параметров	
			Замена аккумулятора ВФИТ 436119.001	1 шт.
			Замена светорассеивателя ВФИТ 30.18.05	1 шт.



Председатель комиссии:

Главный инженер

Члены комиссии:

Главный специалист

Слесарь МСР 6 разр.

 Варшавер С.В.
 Сергейчик П.А.
 Комаровский В.В.