

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №1: Лампа щелевая офтальмологическая

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед.измер.	Количество
1.1.	Лампа щелевая офтальмологическая	шт.	1
1.2.	Столик приборный электрический	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1.	Тип микроскопа	Конвергентный бинокулярный типа Galileo
2.2.	Увеличение	5-ти ступенчатое барабанного типа
2.3.	Источник света	Светодиодная/галогеновая лампа
2.4.	Увеличение окуляров	12,5х
2.5.	Этапы увеличения	6х; 10х; 16х; 25х; 40х
2.6.	Диапазон регулировки межзрачкового расстояния	Не менее 55мм - 78мм
2.7.	Ширина щели (диапазон регулировки)	Не менее 0,3 мм - 14 мм, плавное увеличение
2.8.	Длина щели (диапазон регулировки)	Не менее 1 мм - 14 мм, плавное увеличение
2.9.	Поворот щели	От 0 до 180 градусов, вращаемый
2.10.	Освещение	Плавное увеличение интенсивности освещения
2.11.	Фильтры	Теплопоглощающий, серый, зеленый, синий кобальт

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.