

лот 1

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| N<br>п/п | Наименование                             | Единица измерения | Количество |
|----------|------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.       | Суховоздушный шкаф ГП-320<br>либо аналог | ед.               | 7          |

**Технические характеристики:**

| №п/п | Наименование                                                                                  | Базовые параметры |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | Объем камеры, л                                                                               | 300-320           |
| 2    | Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более                                                      | 689х836х1616      |
| 3    | Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более                                                      | 525х490х1233      |
| 4    | Мощность, кВт, не более                                                                       | 5,4               |
| 5    | Масса, кг, не более                                                                           | 124               |
| 6    | Задаваемые температурные режимы, °С                                                           | 50 - 200          |
| 7    | Время нагрева стерилизатора до t +180 °С, мин, не более                                       | 75                |
| 8    | Задаваемое время выдержки, мин                                                                | 1-999             |
| 9    | Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±3                |
| 10   | Наработка на отказ, ч, не менее                                                               | 2500              |
| 11   | Время непрерывной работы в сутки не более, ч, не более                                        | 16                |
| 12   | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С                         | 205-235           |
| 13   | Комплектация                                                                                  | Полка – 3 ед.     |
| 14   | Количество дверей                                                                             | 1                 |
| 15   | Питание, В/Гц                                                                                 | 220/50            |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам