

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»

Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBVY2X УНП 400052327

17.06.2026 № 4-17/243

На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «Диатермокоагулятор стоматологический (Аппарат медицинский электрохирургический)», согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискурнт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **19.06.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу



М.В.Саварина

Приложение №1
к заявке на закупку

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 1 Диатермокоагулятор стоматологический (Аппарат медицинский электрохирургический)

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Электрохирургический аппарат	шт.	1
1.2	Педаль ножная	шт.	1
1.3	Нейтральный электрод	шт.	1
1.4	Ручка держатель монополярных электродов	шт.	1
1.5	Электрод - нож, электрод – шарик, электрод петля	к-т.	1
1.6	Биополярный пинцет с загнутыми кончиками	шт.	1
1.7	Кабель для биополярного пинцета	шт.	1

2. Технические требования

№п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры
2.1.1	Напряжение	220 ± 10В, 50-60Гц
2.1.2	Максимальная мощность	Не более 120 Вт
2.1.3	Рабочая частота	100-400кГц
2.1.4	Режим монополярной коагуляции	наличие
2.1.5	Режим монополярного воздействия (разрез)	наличие
2.1.6	Режим биополярной коагуляции	наличие
2.1.7	Авто тест	наличие
2.1.8	NEM система	наличие
2.1.9	Регулировка мощности	наличие
2.1.10	Защита от перегрузок, контроль температуры наиболее важных узлов	наличие