

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и
изделий медицинского назначения**

(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование лота	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Термошейкер для микропробирок	-	1 шт.

2. Технические требования:

2.1. температурный диапазон - до +100 °С;

2.2. диапазон регулировки - до 100 °С;

2.3. диапазон регулирования скорости – 200-1500 об/мин;

2.4. цифровая установка времени

2.5. наличие дисплея

2.6. термоблок для пробирок на 1,5 мл. с коническим дном количеством от 20 до 30 штук.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.