

## Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения принадлежности для травматологии на 2026 год

### 1. Состав (комплектация) оборудования:

| Номер и наименование ЛОТа                        | Состав (комплектация) медицинских изделий | Количество |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| ЛОТ №17 Полотно для осциллирующей пилы Acculan 4 | Полотно для осциллирующей пилы            | 100 штук   |

### 2. Технические требования:

| ЛОТ № 17 Полотно для осциллирующей пилы Acculan 4        |
|----------------------------------------------------------|
| 2.1 Длина 85-95мм, ширина 20-25 мм, толщина 1.15-1.20мм. |
| 2.2 Совместимость с осциллирующей пилой Acculan 4        |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь) документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 №51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке