

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения

Лот 1 Кровать стационарная

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1.	Кровать стационарная	56

2. Технические требования:

- 2.1. Подголовник регулируемый.
- 2.2. Кровать передвижная, два колеса с тормозом.
- 2.3. Спинка-металлическая со вставкой из ЛДСП (цвет- светло-серый).
- 2.4. Матрац в чехле съемный из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), влагоустойчивый, устойчивый к обработке дезинфицирующими веществами.
- 2.5. Д*Ш*В/2030-2040*900-910*1000-1015мм.
- 2.6. Высота до ложа 500-540 мм.
- 2.7. Нагрузка на изделие не менее 140 кг.
- 2.8. Без кронштейна переносного типа «гусь» / рама Балканского.
- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
- 3.1. Гарантийный срок – не менее 24 месяца со дня продажи.