

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 18.06.2026 № 4-17/245
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «Тест-системы для иммунофлуоресцентного анализатора» (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее 23.06.2026 г.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В. Саварина

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1. Тест - системы для иммунофлуоресцентного анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во
1.1	Тест для количественного определения PSA	шт.	5075 шт.
1.2	Тест для количественного определения ТТГ	шт.	325 шт.
1.3	Тест для количественного определения Т4	шт.	175 шт.
1.4	Тест для количественного определения витамина Д	шт.	250 шт.
1.5	Тест для количественного определения гликированного гемоглобина	шт.	25 шт.
1.5	Тест для количественного определения Д- димера	шт.	1700 шт.
1.7	Тест для количественного определения креатинкиназа изоэнзим-МВ	шт.	125 шт.
1.8	Тест для количественного определения миоглобина	шт.	275шт.
1.9	Тест для количественного определения тропонин I	шт.	275шт.
1.10	Тест для количественного определения прокальцитонина	шт.	780 шт.
1.11	Тест для полуколичественного определения кала на скрытую кровь	шт.	250 шт.
1.12	Тест для количественного определения высокочувствительного СРБ	шт.	2200шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1 ЛОТ №1 Реагенты должны быть предназначены для применения на иммунофлуоресцентном анализаторе iChroma II Reader, Boditech Med Inc., Республика Корея, что должно подтверждаться документально либо могут быть предложены аналогичные тест-системы с предоставлением анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды).

2.2. ЛОТ №1 Все предоставляемые документы должны быть представлены на русском языке.

2.3 Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:	
2.3.1	Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма
2.3.2	Возможность получения результата выполненного исследования в количественном выражении
2.3.3	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе
2.3.4	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя
2.3.5	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов
2.3.6	Возможность проведения внутреннего контроля качества исследований
2.3.7	Порт для подключения внешних устройств
2.3.8	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
2.3.9	Интерфейс на русском языке
2.3.10	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки согласно аукционным документам

3.2. Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование – не менее 12 месяцев, согласно аукционным документам