

Технические характеристики (описание)
Зонды желудочно-кишечные для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Размер / состав</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1 Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта	Ch-16	5 штук
	Ch-18	50 штук
	Ch-24	160 штук
	Ch-33	10 штук
ЛОТ №3 Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта (с наконечником в виде оливы)	Ch-24	110 штук
ЛОТ №4 Зонд желудочно-кишечный универсальный	Ch-24-25	25 штук
ЛОТ №5 Зонд кишечный для декомпрессии и энтерального питания	Ch-21	20 штук
ЛОТ №6 Зонд Блекмора	Ch-18	330 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта
2.1. Длина зонда должна быть 1400-1500мм. 2.2. Зонд должен быть силиконовым одноканальным. 2.3. Наличие одного или двух отверстий и цветных меток. 2.4. Наконечник зондов должен иметь атравматичный кончик. 2.5. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку.
ЛОТ №3 Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта (с наконечником в виде оливы)
2.1. Длина зонда должна быть не менее 3 000мм. 2.2. Зонд должен быть силиконовым одноканальным. 2.3. Наличие наконечника в виде оливы. 2.4. Наличие 25-ти отверстий, расположенных по спирали. 2.5. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку.
ЛОТ №4 Зонд желудочно-кишечный универсальный
2.1. Длина зонда должна быть не менее 1600мм. 2.2. Зонд должен быть силиконовым двухканальным. 2.3. Наличие продольной перегородки, которая разделяет малый (перфузионный) и большой (аспирационный) каналы. 2.4. Наличие гибкого рентгеноконтрастного наконечника с гнездом для направителя. 2.5. Наличие боковых отверстий: в аспирационном канале - 25 боковых отверстий, а в перфузионном канале - отверстие рядом с наконечником и отверстие в перегородке между каналами в начале зонда. 2.6. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку.
ЛОТ №5 Зонд кишечный для декомпрессии и энтерального питания
2.1. Длина зонда должна быть 1500-1600мм. 2.2. Зонд должен быть силиконовым двухканальным. 2.3. Наличие продольной перегородки, которая разделяет малый (перфузионный) и большой (аспирационный) каналы. 2.4. Наличие гибкого рентгеноконтрастного наконечника с гнездом для направителя. 2.5. Наличие боковых отверстий: в аспирационном канале должны находиться возле дистального окончания, а в перфузионном канале - на 350мм проксимальнее. 2.6. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку.
ЛОТ №6 Зонд Блекмора

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">2.1. Зонд должен быть трехходовой.2.2. Длина зонда должна быть не менее 1000мм.2.3. На конце зонда должен находиться цилиндрический наконечник и два фиксировано раздувающихся баллона (круглый и цилиндрический).2.4. Наличие узла разведения каналов зондов.2.5. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку. |
|--|

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь)**: документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».