

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения
(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа №1	Состав (комплектация)	Количество
Инкубатор углекислотный для выращивания культур клеток в медицинских целях.	см. технические требования	1 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 Назначение - инкубатор углекислотный для решения повседневных задач культивирования клеток;
- 2.2 Объем камеры - не менее 170 л;
- 2.3 Внутреннее исполнение камеры – бесшовная внутренняя камера из нержавеющей стали;
- 2.4 Число полок - не менее 3 шт.
- 2.5 Диапазон температур - от 6°C выше температуры в помещении до 50°C либо более широкий диапазон;
- 2.6 Флуктуация температуры при 37°C - не более 0.1;
- 2.7 Вариация температуры при 37°C - не более 0.4;
- 2.8 Диапазон влажности в камере - 50-95% либо более широкий диапазон;
- 2.9 Датчик влажности – наличие;
- 2.10 Измерение концентрации CO₂ - IR (инфракрасная технология с использованием ИК датчика).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.