

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) набора инструментов для эндоскопической эндоназальной хирургии

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий (1 набора):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Костный выкусыватель, разборный, вверх	штука	2
1.2.	Костный выкусыватель, разборный, вниз	штука	2
1.3.	Костный выкусыватель тип НАJEK-KOFLER, вверх	штука	2
1.4.	Костный выкусыватель тип НАJEK-KOFLER, вниз	штука	2
1.5.	Антральный выкусыватель, режущий вправо-назад	штука	2
1.6.	Антральный выкусыватель, режущий влево-назад	штука	2
1.7.	Антральный выкусыватель, режущий на 360°	штука	2
1.8.	Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, загнутые вниз бранши на 90°	штука	2
1.9.	Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, вращение на 360°, загнутые вниз бранши на 90°	штука	2
1.10.	Синускопические ножницы, вправо	штука	2
1.11.	Синускопические ножницы, влево	штука	2
1.12.	Синускопические щипцы, вверх 70°, вертикальный скус	штука	1
1.13.	Круговой выкусыватель, вверх 65°	штука	2
1.14.	Костный выкусыватель тип НАJEK-KOFLER	штука	1
1.15.	Режущие острые носовые щипцы прокусывающие MACKA Y-GRUNWALD	штука	2
1.16.	Выкусыватель по OSTRUM	штука	2

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование / Технические требования
2.1	Костный выкусыватель, разборный, вверх:
	размер выкусывающей части 2,8-3,0 мм;
	режущий вверх внакладку под углом 90°;
	рабочая длина 175-180 мм.
2.2	Костный выкусыватель, разборный, вниз:
	размер выкусывающей части 2,8-3,0 мм;
	режущий вниз внакладку под углом 90°;
	рабочая длина 175-180 мм.
2.3	Костный выкусыватель тип НАJEK-KOFLER, вверх:
	размер выкусывающей части 3,3-3,5х3,3-3,5 мм;
	режущий вверх внакладку под углом 90°;
	рабочая длина 135-140 мм.
2.4	Костный выкусыватель тип НАJEK-KOFLER, вниз:
	размер выкусывающей части 3,3-3,5х3,3-3,5 мм;
	режущий вниз внакладку под углом 90°;
	рабочая длина 135-140 мм.

№ п/п	Наименование / Технические требования
2.5	Антральный выкусыватель, режущий вправо-назад:
	длина рабочей ствола 100-105 мм, 0 2,8-3,0 мм;
	размер выкусывающей части 1,3-1,5 x 2,8-3,0 мм;
	наличие канала для чистки.
2.6	Антральный выкусыватель, режущий влево-назад:
	длина рабочей ствола 100-105 мм, 0 2,8-3,0 мм;
	размер выкусывающей части 1,3-1,5 x 2,8-3,0 мм;
	наличие канала для чистки.
2.7	Антральный выкусыватель, режущий на 360°:
	длина рабочей ствола 100-105 мм, 0 2,8-3,0 мм;
	размер выкусывающей части 1,3-1,5 x 2,8-3,0 мм;
	наличие канала для чистки.
2.8	Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, загнутые вниз бранши на 90°:
	одна бранша не подвижная, загнутая вниз на 90°;
	вторая бранша подвижная, загнутая вниз на 90° с открытием до 120°;
	рабочая длина 100-105 мм.
2.9	Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, вращение на 360°, загнутые вниз бранши на 90°:
	одна бранша не подвижная, загнутая вниз на 90°;
	вторая бранша подвижная, загнутая вниз на 90° с открытием до 120°;
	рабочий ствол поворачивается на 360°;
	рабочая длина 100-105 мм.
2.10	Синускопические ножницы, вправо:
	длина рабочей ствола 120-130 мм, 0 2,2-2,5 мм;
	диаметр рабочей части 3,3-3,5 мм;
	гладкие лезвия, изогнуты вправо.
2.11	Синускопические ножницы, влево:
	длина рабочей ствола 120-130 мм, 0 2,2-2,5 мм;
	диаметр рабочей части 3,3-3,5 мм;
	гладкие лезвия, изогнуты влево.
2.12	Синускопические щипцы, вверх 70°, вертикальный скус:
	длина рабочей ствола 115-120 мм, 0 2,2-2,5 мм;
	угол изгиба рабочего ствола 70°;
	овальная форма браншей, размер 3,3-3,5 x 3,8-4,0 мм;
	скус браншей вертикальный.
2.13	Круговой выкусыватель, вверх 65°:
	грибовидный скус по полному радиусу;
	диаметр скуса 3,3-3,5 мм;
	изогнутый рабочий ствол вверх на 65°;
	наличие промывного канала;
	рабочая длина 115-125 мм.
2.14	Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER:
	длина рабочей части 160-170 мм;
	вращение рабочей части на 360°;
	пружинчатая рукоятка.
2.15	Режущие острые носовые щипцы, прокусывающие MACKAY- GRUNWALD
	Рабочая длина 100-115мм, длина дистального конца 3 мм,
	ширина дистального конца 1,8 мм
	Прямая форма браншей, разъем для чистки
2.16	Выкусыватель по OSTRUM
	Рабочая длина 9 мм, малая модель
	Возможность поворота на 360 градусов, направление резки назад,
	геометрия резки 2,3 мм x4 мм
	Изгиб тубуса спереди слегка загнут вниз

Общие технические требования:

Медицинский инструментарий и принадлежности должны быть многоразового использования;

Медицинский инструментарий и принадлежности должны быть изготовлены из нержавеющей стали

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

