

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) отмечены параметры, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено.

Лот № 2 Иммунохроматографические экспресс-тесты

Код по ОК РБ: 20.59.52.100

Предельная стоимость 7 948,05 бел. руб.

1. Состав закупаемых изделий:

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения.	Количество
1.1.	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения ротавирусав образцах кала	шт.	150
1.2.	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения энтеровируса в образцах кала	шт.	100
1.3.	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения норовируса в образцах кала	шт.	100
1.4.	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения ВИЧ в образцах слюны	шт.	20
Итого:			370

2. Технические требования:

2.1. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

2.4. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

2.5. Товар поставляется транспортом Поставщика согласно заявке Заказчика в течение 60 календарных дней (не более) от даты поступления заявки.

Лот № 3 Реагенты и расходные материалы для анализатора глюкозы и лактата SensoStar GL 30 Touch производства DiaSys, (Германия)

Код по ОК РБ 007-2012: 20.59.52.100

Предельная стоимость 33 794,00 бел. руб.

1. Состав закупаемых изделий

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения	Количество
-------	---	-------------------	------------

1.1.	Биосенсор для определения глюкозы на 3000 опр. 1 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	2
1.2.	Калибровочный раствор глюкозы упаковка 100 флаконов по 2,0 мл (или аналог)	упак.	5
1.3.	Системный раствор упаковка 6 флаконов по 1,0 л (или аналог)	упак.	4
1.4.	Капилляры гепаринизированные, 20 мкл 1 000 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	6
1.5.	Пробирки с гемолизирующим системным раствором, 1,5 мл 1 000 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	6
1.6.	Контрольный раствор глюкозы (нормальный уровень) упаковка 50 флаконов по 1,5 мл (или аналог)	упак.	2
1.7.	Контрольный раствор глюкозы (высокий уровень) упаковка 50 флаконов по 1,5 мл (или аналог)	упак.	2
Итого:		упак.	27

2. Технические требования

2.1. *Предлагаемый товар должен быть оригинального производства компании DiaSys, или для подтверждения его функциональной совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием (анализатором глюкозы и лактата SensoStar GL 30 Touch производства DiaSys, Германия.) необходимо предоставить документ от производителя товара.

2.2. *Для обеспечения правильности работы оборудования участник должен предоставить документ (сертификат) от производителя оборудования, подтверждающий прохождение обучения персоналом участника по адаптации и настройке оборудования по работе с реагентами, указанными в лоте задания на закупку

2.3. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.4. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.5. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

2.6. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

2.7. Товар поставляется транспортом Поставщика согласно заявке Заказчика в течение 60 календарных дней (не более) от даты поступления заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) отмечены параметры, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено

Лот № 4 Реагенты и расходные материалы для анализатора газов крови STAT PROFILE рНОх производства Nova Biomedical, США)

Код по ОК РБ 007-2012: 20.59.52.100

Предельная стоимость 51 815,50 бел. руб.

1. Состав закупаемых изделий

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения	Количество
1.1.	pH сенсор 1 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	1
1.2.	pCO ₂ сенсор 1 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	1
1.3.	SO ₂ сенсор 1 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	1
1.4.	Пак реагентов В 1 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	15
1.5.	Набор мембран для pCO ₂ сенсора	упак.	1
1.6.	Калибратор гемоглобина и SO ₂	упак.	1
Итого:		упак.	20

2. Технические требования:

2.1. *Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должен быть аттестован для работы на анализаторе газов крови STAT PROFILE pHОх производства Nova Biomedical (США) (согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014 «Об утверждении Инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах»).

2.2. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.3. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.4. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

2.5. Товар поставляется транспортом Поставщика согласно заявке Заказчика в течение 60 рабочих дней (не более) от даты поступления заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) отмечены параметры, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено.

Лот № 5 Реагенты для работы на фотометрах производства ЗАО «СОЛАР», РБ

Код по ОК РБ: 20.59.52.100

Предельная стоимость закупки – 1 633,50 бел руб.

1. Состав закупаемых изделий.

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения	Количество
-------	--	-------------------	------------

1.1.	Набор реагентов для определения количества белка в моче с пирогаллоловым красным (с калибратором и контролем)	л	15
Итого:		л	15

2. Технические требования:

2.1. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

2.4. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

2.5. Товар поставляется транспортом Поставщика согласно заявке Заказчика в течение 30 календарных дней (не более) от даты поступления заявки.

Лот № 6 Реагенты для проведения иммуногематологических исследований

Код по ОК РБ 007-2012: 21.20.23.200

Предельная стоимость 12 450,67 бел. руб.

1. Состав закупаемых изделий

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения	Количество
1.1.	Кассеты для скрининга аллоиммунных антиэритроцитарных антител 100 кассет в упаковке (или аналог)	упак.	7
Итого:		упак.	7

2. Технические требования

2.1. *Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием (станцией настольной рабочей для инкубации и центрифугирования кассет BioVue (ORTHO Workstation) производства Ortho-Clinical Diagnostisc, Великобритания) и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня.

2.2. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.3. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника)

2.4. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

2.5. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

2.6. Товар поставляется транспортом Поставщика согласно заявке Заказчика в течение 60 календарных дней (не более) от даты поступления заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) отмечены параметры, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено.

Разработано

Врач лабораторной диагностики

(заведующий КДЛ)



В.В. Машко

«Согласовано»

Заместитель главного врача

(по медицинской части)



О. В. Игнатович