

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 1			
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr 26 см почечный конец открытый, в составе:	штука	500
	1.1 Стент 6 Fr - 26 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1

	1.2	Струна-проводник	штука	1
	1.3	Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента

2.1.2 иметь повышенную рентгенконтрастность.

2.1.3 иметь специальное покрытие для низкой склонности к инкрустации

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 диаметром от 0.035”.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 длиной не менее 39 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
Согласно аукционным документам организатора.

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:				
№ п/п	Наименование		Единица измерения	Количество
Лот 2				
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 7 Fr 26 см почечный конец открытый, в составе:		штука	200
	1.1	Стент 7 Fr - 26 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
	1.2	Струна-проводник	штука	1
	1.3	Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента

2.1.2 иметь повышенную рентгенконтрастность.

2.1.3 иметь специальное покрытие для низкой склонности к инкрустации

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 диаметром от 0.035”.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 длиной не менее 39 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 3			
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr 28 см почечный конец открытый, в составе:	штука	200
1.1	Стент 6 Fr - 28 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
1.2	Струна-проводник	штука	1
1.3	Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента

2.1.2 иметь повышенную рентгенконтрастность.

2.1.3 иметь специальное покрытие для низкой склонности к инкрустации

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 диаметром от 0.035”.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 длиной не менее 39 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 4			
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 7 Fr 28 см почечный конец открытый, в составе:	штука	200
1.1	Стент 7 Fr - 28 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
1.2	Струна-проводник	штука	1
1.3	Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Стент должен быть:

- 2.1.1 выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента
- 2.1.2 иметь повышенную рентгенконтрастность.
- 2.1.3 иметь специальное покрытие для низкой склонности к инкрустации

- 2.2. Струна-проводник должна быть:
- 2.2.1 диаметром от 0.035”.

- 2.3 Позиционирующее устройство должно быть:
- 2.3.1 длиной не менее 39 см.

- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
Согласно аукционным документам организатора.

Приложение 5
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 5			
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr 22-30 см почечный конец открытый, в составе:	штука	200
	1.1 Стент 6 Fr - 22-30 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
	1.2 Струна-проводник	штука	1
	1.3 Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

- 2.1 Стент должен быть:
 - 2.1.1 выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента
 - 2.1.2 иметь повышенную рентгенконтрастность.
 - 2.1.3 иметь специальное покрытие для низкой склонности к инкрустации

- 2.2. Струна-проводник должна быть:
- 2.2.1 диаметром от 0.035”.

- 2.3 Позиционирующее устройство должно быть:
- 2.3.1 длиной не менее 39 см.

- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 6			
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr 24 см почечный конец открытый, в составе:	штука	200
1.1	Стент 6 Fr - 24 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
1.2	Струна-проводник	штука	1
1.3	Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента

2.1.2 иметь повышенную рентгенконтрастность.

2.1.3 иметь специальное покрытие для низкой склонности к инкрустации

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 диаметром от 0.035”.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 длиной не менее 39 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 7			
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 7 Fr 24 см почечный конец открытый, в составе:	штука	100
1.1	Стент 7Fr - 24 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
1.2	Струна-проводник	штука	1
1.3	Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно

статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента

2.1.2 иметь повышенную рентгенконтрастность.

2.1.3 иметь специальное покрытие для низкой склонности к инкрустации

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 диаметром от 0.035”.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 длиной не менее 39 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Приложение 8
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 8			
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 8 Fr 24 см почечный конец открытый, в составе:	штука	100
	1.1 Стент 8Fr - 24 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
	1.2 Струна-проводник	штука	1
	1.3 Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента

2.1.2 иметь повышенную рентгенконтрастность.

2.1.3 иметь специальное покрытие для низкой склонности к инкрустации

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 диаметром от 0.035”.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 длиной не менее 39 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 9			
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 8 Fr 26 см почечный конец открытый, в составе:	штука	100
	1.1 Стент 8Fr - 26 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
	1.2 Струна-проводник	штука	1
	1.3 Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента

2.1.2 иметь повышенную рентгенконтрастность.

2.1.3 иметь специальное покрытие для низкой склонности к инкрустации

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 диаметром от 0.035”.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 длиной не менее 39 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 10			
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 8 Fr 28 см почечный конец открытый, в составе:	штука	100
	1.1 Стент 8Fr - 28 см с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
	1.2 Струна-проводник	штука	1
	1.3 Позиционирующее устройство	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно