

**Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**


1. Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                         | Кол-во |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.    | Фиброцистоскоп с рабочей длиной не менее 350 мм, внешний диаметр дистального конца не более 12 Шр, совместим с объективом с фокусным расстоянием 15-31 мм видеоголовки TH104 производства Karl Storz | 1 шт.  |
| 2.    | Гибкий световод, совместимый с эндоскопом п.1.2 и имеющимся в наличии ксеноновым осветителем 300Вт, XENON 300 SCB 20-1331-01 производства Karl Storz                                                 | 1 шт.  |

2. Технические требования

- 2.1. Диаметр рабочего канала не менее 7 Шр;
  - 2.2. Отклонение дистального конца не менее 120/120 градусов;
  - 2.3. Ширина поля обзора не менее 120 градусов;
  - 2.4. В комплекте колпачок компенсирующего давление порта для стерилизации;
  - 2.5. Стерилизация плазменная или окисью этилена;
  - 2.6. Длина световода не менее 2 м.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Разработчики технических требований:

- |                   |                                                                                              |                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Горенок Д.И.   | врач-торакальный хирург<br>(заведующий) операционного<br>блока                               | <br>подпись |
| 2. Сороковик Ю.А. | врач-уролог<br>(заведующий) туберкулезного<br>(внелегочных форм<br>хирургического) отделения | <br>подпись |
| 2. Назарчик Н.К . | врач-хирург<br>туберкулезного<br>(внелегочных форм<br>хирургического) отделения              | <br>подпись |

